

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-BN-44-0536 FECHA DE EMISION: 26-sept-24 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE IV° BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO

Fabricante : NO IDENTIFICADO

Modelo / Número de Parte : ASTM 12F Número de Serie : 265

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 26-09-2024 Fecha de Vencimiento : 26-sept-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SPA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : ASTM E1

Intervalo de calibración : 12 Meses

Resolucion : 0,5 °F Res. Adop. 0,25 °F

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
STIK THERMOMETER	FLUKE	1552A EX	5261010	N/A	31-jul-26	NIST	NIST
MICRO-BATH	FLUKE	7103	B47044	111887	04-ene-25	NIST	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-BN-44-0536

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURA	N/A	°F	°F	°F	°F	°F
		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,25
		15,00	15,00	15,00	0,00	0,25
		32,00	32,00	32,00	0,00	0,25
		60,00	60,00	60,00	0,00	0,25
		85,00	85,00	85,00	0,00	0,25
		110,00	110,00	110,00	0,00	0,25
		135,00	135,00	135,00	0,00	0,25
		160,00	159,75	159,75	-0,25	0,25
		185,00	184,50	184,50	-0,50	0,25
		210,00	209,50	209,50	-0,50	0,25



FRANCISCO REYES GAJARDO.
TECNICO METROLOGO.

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.09.26
15:34:56 -03'00'

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION