

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-JO-44-0593 FECHA DE EMISION: 29-dic-25 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA  
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°52  
Descripción del ítem : CAPACITOR-TYPE FUEL QUANTITY GAGE TANK UNIT TESTER  
Fabricante : CONSOLIDATED AIRBORNE SYSTEMS INC.  
Modelo / Número de Parte : MD-2A Número de Serie : 1859

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 29-dic-25 Fecha de Vencimiento : 29-dic-26  
Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA  
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%  
Procedimiento : 33K2-4-19-1, 30 OCTOBER 1988  
Desviación a los procedimientos : NINGUNA  
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

| Descripción                                     | Fabricante    | Modelo                 | N° de Serie | N° DTS | Vence     | Emisor | Trazabilidad |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|
| PRECISION DECADE CAPACITOR                      | GENERAL RADIO | 1413                   | 578         | 102417 | 04-nov-26 | DTS    | NIST         |
| HIGH VOLTAGE-HIGH RESISTANCE DECADE SUBSTITUTER | IET           | HRRS-B-4-1M-5KV SERIES | B2-0320253  | 104655 | 27-jun-26 | I.E.T. | NIST         |
| ---                                             | ---           | ---                    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-JO-44-0593

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO           | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |       | ERROR | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|------------------------|
|                         |             |                | INICIAL      | FINAL |       |                        |
| CAPACITANCE CALIBRATION |             |                |              |       |       |                        |
|                         |             | μF             | μF           | μF    | μF    | μF                     |
| X1                      |             | 100,0          | 100,3        | 100,3 | 0,3   | 0,5                    |
| X3                      |             | 300,0          | 300,0        | 300,0 | 0,0   | 1,5                    |
| X10                     |             | 1000           | 1002         | 1002  | 2     | 5                      |
| X50                     |             | 5000           | 5010         | 5010  | 10    | 25                     |
| RESISTANCE CALIBRATION  |             |                |              |       |       |                        |
|                         |             | MΩ             | MΩ           | MΩ    | MΩ    | MΩ                     |
| X1                      |             | 1,00           | 1,00         | 1,00  | 0,00  | 0,7 A 1,5              |
| X10                     |             | 10,00          | 10,00        | 10,00 | 0,00  | 7 A 15                 |
| X100                    |             | 92,0           | 100,0        | 100,0 | 8,0   | 70 A 150               |
| X1000                   |             | 996            | 1000         | 1000  | 4     | 700 A 1500             |
|                         |             |                |              |       |       |                        |

LUIS  
HECTOR  
PEREIRA  
TRONCOSO

Firmado  
digitalmente por  
LUIS HECTOR  
PEREIRA  
TRONCOSO  
Fecha: 2025.12.29  
17:39:53 -03'00'

JUAN ORELLANA S.  
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración