

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado	:	26-LT-44-0186	Fecha de Emisión	20-mar-26	Página 1 de 3
-------------------	---	---------------	------------------	-----------	---------------

Descripción del Ítem

Cliente	:	FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA			
Unidad Interna	:	GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53			
Descripción del ítem	:	TRUE RMS CLAMP METER			
Fabricante	:	FLUKE			
Número de Parte/Modelo	:	336	Número de Serie	:	78308233

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración	:	20-mar-26	Fecha de Vencimiento	:	20-mar-27
Lugar de Calibración	:	LABORATORIO DE CALIBRACIONES ELÉCTRICA DTS SPA			
Condiciones Ambientales	:	Temperatura : 23 ± 5°C	Humedad Relativa	:	50 ± 30%
Procedimiento	:	Fluke 336: (1 year) VER /5520A+5500A/COIL			
Intervalo de Calibración	:	12 meses			

Antecedentes del o los Patrones Utilizados							
Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
50 TURN COIL	FLUKE	5500A	88560035	104389	***	***	***
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5522A	2932901	111999	24-nov-26	MICRO PRECISION	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma y sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-LT-44-0186

Página 2 a 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
Root Difference Square guardbanding method used.					
DISPLAY TEST					
BACKLIGHT TEST					
KEYBOARD TEST					
AC VOLTAGE					
600 V Range					
50 Hz	20,0 V	20,0 V	20,0 V	0,0 V	19,3 a 20,7 V
50 Hz	600,0 V	600,0 V	600,0 V	0,0 V	593,5 a 606,5 V
400 Hz	600,0 V	597,6 V	597,6 V	-2,4 V	563,5 a 636,5 V
DC VOLTAGE					
600 V Range					
---	20,0 V	20,1 V	20,1 V	0,1 V	19,3 a 20,7 V
---	-20,0 V	-19,9 V	-19,9 V	0,1 V	-20,7 a -19,3 V
---	600,0 V	600,5 V	600,5 V	0,5 V	593,5 a 606,5 V
---	-600,0 V	-599,9 V	-599,9 V	0,1 V	-606,5 a -593,5 V
CONTINUITY					
RESISTANCE					
600 Ohms Range					
---	600,0 Ω	593,8 Ω	593,8 Ω	-6,2 Ω	590,5 a 609,5 Ohm
6000 Ohms Range					
---	6000 Ω	5983 Ω	5983 Ω	-17 Ω	5905 a 6095 Ohm
AC CURRENT					
600 A Range					
50 Hz	20,0 A	21,1 A	21,1 A	1,1 A	19,1 a 20,9 A (***)
50 Hz	200,0 A	212,4 A	212,4 A	12,4 A	195,5 a 204,5 A (***)
50 Hz	600,0 A	639,2 A	639,2 A	39,2 A	587,5 a 612,5 A (***)
INRUSH CURRENT					
60 Hz	5,0 A	5,1 A	5,1 A	0,1 A	4,4 a 5,6 A
DC CURRENT					
600 A Range					
---	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	-0,5 a 0,5 A
---	20,0 A	21,1 A	21,1 A	1,1 A	19,1 a 20,9 A (***)
---	-20,0 A	-21,3 A	-21,3 A	-1,3 A	-20,9 a -19,1 A (***)
---	600,0 A	638,8 A	638,8 A	38,8 A	587,5 a 612,5 A (***)

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-LT-44-0186

Página 3 a 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
---	-600,0 A	-639,6 A	-639,6 A	-39,6 A	-612,5 a -587,5 A (***)

NOTA: LAS CALIBRACIONES MARCADAS CON (***) EN LA COLUMNA DE TOLERANCIA PERMITIDA, INDICAN FUERA DE TOLERANCIA.




LUIS TORO SALGADO
TÉCNICO METRÓLOGO

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración