

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 26-LM-44-0177 FECHA DE EMISION: 19-mar-26 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IVª BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : PROGRAMABLE TIMER / COUNTER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : PM6666 Número de Serie : SM 649 452

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 Fecha de Vencimiento : 19-mar-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE ELECTRICA, DTS SPA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 33K3-4-2927-1 (30 DECEMBER 1998 )

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

| Descripción                  | Fabricante     | Modelo | Nº de Serie | Nº DTS | Vence     | Emisor   | Trazabilidad |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|--------|-----------|----------|--------------|
| UNIVERSAL COUNTER            | AGILENT        | 53132A | MY40005307  | 112636 | 19-mar-27 | KEYSIGHT | N.I.S.T.     |
| UNIVERSAL WAVEFORM GENERATOR | WAVETEK DATRON | 39A    | 177629      | 105399 | 08-ago-26 | D.T.S.   | N.I.S.T.     |
| POWER METER                  | AGILENT        | E4418B | GB43317674  | 105436 | 02-ene-27 | D.T.S.   | N.I.S.T.     |
| POWER SENSOR                 | KEYSIGHT       | E4412A | MY59300004  | 112836 | 28-ago-26 | D.T.S.   | N.I.S.T.     |
| PSG ANALOG SIGNAL GENETAROR  | AGILENT        | E8257D | US49280407  | 105482 | 18-ago-26 | D.T.S.   | N.I.S.T.     |
| ---                          | ---            | ---    | ---         | ---    | ---       | ---      | ---          |
| ---                          | ---            | ---    | ---         | ---    | ---       | ---      | ---          |
| ---                          | ---            | ---    | ---         | ---    | ---       | ---      | ---          |
| ---                          | ---            | ---    | ---         | ---    | ---       | ---      | ---          |
| ---                          | ---            | ---    | ---         | ---    | ---       | ---      | ---          |
| ---                          | ---            | ---    | ---         | ---    | ---       | ---      | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-LM-44-0177

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                                               | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE    |         | ERROR    | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------|----------|------------------------|
|                                                             |             |                | INICIAL         | FINAL   |          |                        |
| FREQUENCY ACCURACY AND DISPLAY                              |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             | MHz            | MHz             | MHz     | MHz      | MHz                    |
|                                                             |             | 10,000000      | 9,99998         | 9,99998 | -0,00002 | 0,00003                |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
| INPUT "A" FREQUENCY RANGE AND INPUT SENSITIVITY CALIBRATION |             |                |                 |         |          |                        |
| FREQ. A DC                                                  |             | mV             |                 |         |          |                        |
| 10 Hz a 10 MHz                                              |             | 17,1           | LECTURA ESTABLE |         | N/A      | ≤ 20 mV                |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
| 10 MHz a 30 MHz                                             |             | -26,7 dBm      | LECTURA ESTABLE |         | N/A      | ≤ -20,97 dBm           |
| 30 MHz a 120 MHz                                            |             | -21,4 dBm      | LECTURA ESTABLE |         | N/A      | ≤ -14,95 dBm           |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
| FREQ. A AC                                                  |             | mV             |                 |         |          |                        |
| 10 Hz a 10 MHz                                              |             | 17,9 mV        | LECTURA ESTABLE |         | N/A      | ≤ 20 mV                |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
| 10 MHz a 30 MHz                                             |             | -25,94 dBm     | LECTURA ESTABLE |         | N/A      | ≤ -20,97 dBm           |
| 30 MHz a 120 MHz                                            |             | -18,73 dBm     | LECTURA ESTABLE |         | N/A      | ≤ -14,95 dBm           |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
| INPUT "B" FREQUENCY RANGE AND INPUT SENSITIVITY CALIBRATION |             |                |                 |         |          |                        |
| FREQ B                                                      |             |                |                 |         |          |                        |
| COM B via A                                                 |             | 20 mV          | 1,0000          | 1,00000 | N/A      | 10 MHz                 |
| RATIO A/B                                                   |             | 20 mV          | 4,0000          | 4,00000 | N/A      | A 40 MHz/10MHz         |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |
|                                                             |             |                |                 |         |          |                        |




LUIS MELLAFFE LÓPEZ  
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del Certificado de Calibración