

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0167 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 4**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : MULTIMETER
Fabricante : UNI-T
Modelo / Número de Parte : UT55 **Número de Serie** : 1040092147

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 19-mar-27
Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA
Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 22,6°C **Humedad Relativa** : 38%
Procedimiento : 6752PRO139-01 rev 4.00
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0167

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
200 mV		180,0	180,2	180,2	0,2	1,1
		V	V	V	V	V
2 V		0,200	0,200	0,200	0,000	0,003
		1,000	1,000	1,000	0,000	0,007
		1,800	1,799	1,799	-0,001	0,011
		-1,800	-1,797	-1,797	0,003	0,011
20 V		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,11
200 V		180,0	179,8	179,8	-0,2	1,1
1000 V		900	899	899	-1	7
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
2 V @ 50 Hz		0,200	0,200	0,200	0,000	0,002
@ 400 Hz		0,200	0,196	0,196	-0,004	0,002
2 V @ 50 Hz		1,800	1,797	1,797	-0,003	0,015
@ 400 Hz		1,800	1,787	1,787	-0,013	0,015
20 V @ 50 Hz		2,00	2,00	2,00	0,00	0,05
@ 400 Hz		2,00	1,95	1,95	-0,05	0,05
20 V @ 50 Hz		18,00	17,95	17,95	-0,05	0,17
@ 400 Hz		18,00	17,87	17,87	-0,13	0,17
200 V @ 50 Hz		20,0	20,0	20,0	0,0	0,5
@ 400 Hz		20,0	19,5	19,5	-0,5	0,5
200 V @ 50 Hz		180,0	179,4	179,4	-0,6	1,7
@ 400 Hz		180,0	178,6	178,6	-1,4	1,7
750 V @ 50 Hz		75	75	75	0	4
@ 400 Hz		75	71	71	-4	4
750 V @ 50 Hz		675	673	673	-2	11
@ 400 Hz		675	666	666	-9	11

CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA

		mA	mA	mA	mA	mA
2 mA		1,800	1,799	1,799	-0,001	0,015
20 mA		18,00	17,99	17,99	-0,01	0,15
200 mA		180,0	180,4	180,4	0,4	2,3
		A	A	A	A	A
20 A		18,00	18,01	18,01	0,01	0,23

CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA

		°C	°C	°C	°C	°C
		-10	-9	-9	1	3
		0	1	1	1	3
		350	351	351	1	6

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0167

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
		mA	mA	mA	mA	mA
20 mA @ 50 Hz		18,00	17,97	17,97	-0,03	0,25
@ 400 Hz		18,00	17,88	17,88	-0,12	0,25
200 mA @ 50 Hz		180,0	179,9	179,9	-0,1	3,9
@ 400 Hz		180,0	179,1	179,1	-0,9	3,9
		A	A	A	A	A
20 A @ 50 Hz		16,00	15,95	15,95	-0,05	0,34
@ 400 Hz		16,00	15,95	15,95	-0,05	0,34
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200 Ω		190,0	190,0	190,0	0,0	1,8
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
2 kΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,018
20 kΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	0,18
200 kΩ		190,0	189,9	189,9	-0,1	1,8
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
2 MΩ		1,900	1,901	1,901	0,001	0,018
20 MΩ		19,00	19,07	19,07	0,07	0,21
200 MΩ		190,0	192,1	192,1	2,10	10,5
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
20 kHz		19,00	18,87	18,87	-0,13	0,11
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
2 nF		1,000	1,038	1,038	0,038	0,030
20 nF		10,00	10,33	10,33	0,33	0,30
200 nF		100,0	102,0	102,0	2,0	3,0
		μF	μF	μF	μF	μF
2 μF		1,000	1,033	1,033	0,033	0,030
20 μF		10,00	10,18	10,18	0,18	0,30




FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración