

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

## CALIBRATION CERTIFICATE

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b><br>CUSTOMER                  | FUERZA AEREA DE CHILE                        |
| <b>DIRECCIÓN</b><br>ADDRESS                 | FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS          |
| <b>ORDEN TRABAJO</b><br>WORK ORDER          | CG6925760158                                 |
| <b>REMISION</b><br>REMISSION                | SSCC: 1742708                                |
| <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br>EMISSION DATE    | 28/11/2025                                   |
| <b>DENOMINACIÓN</b><br>DENOMINATION         | TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO |
| <b>FABRICANTE</b><br>MANUFACTURER           | LSW                                          |
| <b>N° DE PARTE</b><br>PART N°               | ASTM 57C-86                                  |
| <b>N° DE SERIE</b><br>SERIAL N°             | 3910                                         |
| <b>RANGO</b><br>RANGE                       | -20 °C a +50°C                               |
| <b>RESOLUCIÓN</b><br>RESOLUTION             | 0,5 °C                                       |
| <b>CÓDIGO FACH</b><br>FACH CODE             | N/A                                          |
| <b>N° CONTROL ENAER</b><br>ENAER CONTROL N° | FA-1810                                      |

### TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

|                                               |                         |                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Patrón / Standard</b>                      | Digital Multimeter      | Termómetro de Resistencia de Platino |
| <b>Fabricante / Manufacturer</b>              | Fluke                   | Hart Scientific                      |
| <b>Modelo / Model</b>                         | 8842A                   | CTR5000                              |
| <b>N° de Serie / Serial number</b>            | 5715266                 | 556745                               |
| <b>Certificado N° / Certificate N°</b>        | 051224MS0060            | LNT-083                              |
| <b>Fecha de Calibración / Calibrated Date</b> | 05 de Diciembre de 2024 | 23 de mayo 2024                      |
| <b>Fecha de Vencimiento / Calibrated Due</b>  | 05 de Diciembre de 2025 | 23 de mayo 2027                      |
| <b>Emisor / Origin</b>                        | ENAER                   | CESMEC                               |
| <b>Trazabilidad / Traceability</b>            | DTS                     | DKD-GERMANY                          |

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

*This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.*

**RESULTADOS DE CALIBRACIÓN**  
**CALIBRATION RESULTS**

| Patrón<br>Standard | Equipo bajo Ensayo (1)<br>Equipment under Test | Error (2)<br>Error | U (k=2) |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|
| -8,81 °C           | -9,0 °C                                        | -0,19 °C           | 0,15 °C |
| 0,84 °C            | 1,0 °C                                         | 0,16 °C            | 0,15 °C |
| 10,60 °C           | 11,0 °C                                        | 0,40 °C            | 0,16 °C |
| 30,00 °C           | 30,0 °C                                        | 0,00 °C            | 0,16 °C |
| 50,00 °C           | 50,0 °C                                        | 0,00 °C            | 0,16 °C |

**NOTAS:**

- (1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.  
 (2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Procedimiento de Calibración</b><br>Calibration procedure | PTE-311                               |
| <b>Lugar de Calibración</b><br>Calibration place             | Laboratorio de Metrología             |
| <b>Ambiente</b><br>Environment                               | 21,2 °C +/- 2 °C<br>(41 +/- 3) % H.R. |

**Observación / Observation:**

- Termómetro de inmersión parcial, 57 mm.

**Fecha de Calibración/Calibration Date:** 28 de noviembre 2025

**Fecha de Vencimiento/Due Date:** 28 de noviembre 2026



Soraya Pacheco C.  
Técnico / Technician



Luis Ramirez Oyarzo  
Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory