

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN ADDRESS	FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS
ORDEN TRABAJO WORK ORDER	CG6925760187
REMISION REMISSION	SSCC: 1742708
FECHA DE EMISIÓN EMISSION DATE	26/11/2025
DENOMINACIÓN DENOMINATION	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
FABRICANTE MANUFACTURER	LSW
N° DE PARTE PART N°	ASTM 8C-86/IP 6C
N° DE SERIE SERIAL N°	14415
RANGO RANGE	-2 °C a +400 °C
RESOLUCIÓN RESOLUTION	1 °C
CÓDIGO FACH FACH CODE	-----
N° CONTROL ENAER ENAER CONTROL N°	FA-1837

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	Hart Scientific
Modelo / Model	8842A	CTR5000
N° de Serie / Serial number	5715266	556745
Certificado N° / Certificate N°	051224MS0060	LNT-083
Fecha de Calibración / Calibrated Date	05 de Diciembre de 2024	23 de mayo 2024
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	05 de Diciembre de 2025	23 de mayo 2027
Emisor / Origin	ENAER	CESMEC
Trazabilidad / Traceability	DTS	DKD-GERMANY

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION RESULTS

Patrón <i>Standard</i>	Equipo bajo Ensayo (1) <i>Equipment under Test</i>	Error (2) <i>Error</i>	U (k=2) <i>U (k=2)</i>
0,39 °C	0,0 °C	-0,39 °C	0,07 °C
50,00 °C	50,0 °C	0,00 °C	0,10 °C
100,00 °C	100,0 °C	0,00 °C	0,12 °C
120,00 °C	120,0 °C	0,00 °C	0,14 °C
200,00 °C	200,0 °C	0,00 °C	0,14 °C
299,89 °C	300,0 °C	0,11 °C	0,15 °C

NOTAS:

- (1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.
 (2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración <i>Calibration procedure</i>	PTE-311
---	---------

Lugar de Calibración <i>Calibration place</i>	Laboratorio de Metrología
---	---------------------------

Ambiente <i>Environment</i>	22 °C +/- 2 °C (43 +/- 3) % H.R.
---------------------------------------	-------------------------------------

Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión total.
- Lectura ilegible hasta 30 °C

Fecha de Calibración/Calibration Date: 26 de noviembre 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 26 de noviembre 2026


 Soraya Pacheco C.
 Técnico / Technician


 Luis Ramirez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory