

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-BN-44-0528 FECHA DE EMISIÓN: 25-sept-24 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE IV° BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO
Fabricante : KESSLER
Modelo / Número de Parte : ASTM 7C Número de Serie : 287735

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 25-sept-24 Fecha de Vencimiento : 25-sept-25
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SPA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : NORMA ASTM E1
Intervalo de calibración : 12 Meses
Resolución : 1 °C Res. Adop. 0,5 °C

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
HIGH PRECISION BATH	FLUKE	6331	B4A530	111997	15-may-25	NIST	NIST
STIK THERMOMETER	FLUKE	1552A EX	5261010	N/A	31-jul-26	NIST	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-BN-44-0528

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURA	N/A	°C	°C	°C	°C	°C
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
		50,0	50,0	50,0	0,0	0,5
		100,0	99,5	99,5	-0,5	0,5
		150,0	150,0	150,0	0,0	0,5
		200,0	200,0	200,0	0,0	1,0
		250,0	249,5	249,5	-0,5	1,0



FRANCISCO REYES GAJARDO.
TECNICO METROLOGO.

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.09.25
14:41:57 -03'00'

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION