

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN ADDRESS	FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS
ORDEN TRABAJO WORK ORDER	CG6922728909
REMISION REMISSION	SSCC: 1112310 IV B.A.
FECHA DE EMISIÓN EMISSION DATE	11/07/2022
DENOMINACIÓN DENOMINATION	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
FABRICANTE MANUFACTURER	KESSLER
N° DE PARTE PART N°	ASTM 9C-86
N° DE SERIE SERIAL N°	548189
RANGO RANGE	-5 °C a +110 °C
RESOLUCIÓN RESOLUTION	0.5 °C
CÓDIGO FACH FACH CODE	N/A
N° CONTROL ENAER ENAER CONTROL N°	FA-1736

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	Hart Scientific
Modelo / Model	8842A	CTR5000
N° de Serie / Serial number	5715266	556745
Certificado N° / Certificate N°	041221MS0060	04251D-K-15091-02-00
Fecha de Calibración / Calibrated Date	04 de Diciembre de 2021	30 de Noviembre de 2021
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	04 de Diciembre de 2022	30 de Noviembre de 2022
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	DTS	BIONETICS

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Patrón Standard	Equipo bajo Ensayo (1) Equipment under Test	Error (2) Error	Incertidumbre de la Medición (k=2) Uncertainty Measurement (k=2)
0,00 °C	0,0 °C	0,00 °C	0,25 °C
34,99 °C	35,0 °C	0,01 °C	0,24 °C
74,99 °C	75,00 °C	0,01 °C	0,24 °C
105,00 °C	105,0 °C	0,00 °C	0,24 °C

NOTAS:

(1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.

(2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración
Calibration procedure

PTE-311
 ASTM E1

Lugar de Calibración
Calibration place

Laboratorio de Metrología

Ambiente
Environment

22 °C +/- 2 °C

Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión parcial, 57 mm.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 11 de julio 2022

Fecha de Vencimiento/Due Date: 11 de julio 2023

José Piña Muñoz
 Técnico / Technician

Luis Ramirez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory