

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Página 1 de 4

N° de Certificado : 25-NM-44-0575

FECHA DE EMISION: 22-dic-25

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : PITOT STATIC TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Número de Serie : 1082

Modelo / Número de Parte : 101-00169

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-dic-25

Fecha de Vencimiento : 19-dic-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACIÓN DE PRESIÓN - OXÍGENO, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : ≤65%

Procedimiento : 33K6-4-2111-1, 30 JUNE 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
AUTOMATED AIR DATA TEST SET	LAVERSAB	6580-HA Rev. C1	83951	111406	28-mar-26	LAVERSAB	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0575

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
PRUEBAS DE FUGA						
---	---	CANAL PITOT: 490 knots			0 knots/min	≤ 2 knots/min
		CANAL STATIC: 20000 feet			40 feet/min	≤ 100 feet/min
AIRSPEED INDICATOR						
ASCENDENTE						
(50 a 650) knots	111406	knots	knots	knots	knots	knots
		50	51	51	1	5
		60	60	60	0	3
		80	81	81	1	3
		120	118	118	-2	3
		150	149	149	-1	3,5
		180	180	180	0	4
		250	250	250	0	4
		300	299	299	-1	4
		360	358	358	-2	5
		400	400	400	0	5
		450	451	451	1	5
		500	503	503	3	5
		550	551	551	1	5
		600	601	601	1	5
		650	647	647	-3	5
DESCENDENTE						
(50 a 650) knots	111406	600	602	602	2	5
		550	553	553	3	5
		500	505	505	5	5
		450	453	453	3	5
		400	401	401	1	5
		360	359	359	-1	5
		300	300	300	0	4
		250	250	250	0	4
		180	180	180	0	4
		150	149	149	-1	3,5
		120	118	118	-2	3
		80	81	81	1	3
		60	61	61	1	3
		50	52	52	2	5

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0575

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
ALTIMETER						
ASCENDENTE						
(-1000 a 50000) feet	111406	feet	feet	feet	feet	feet
		-1000	-1010	-1010	-10	40
		-500	-510	-510	-10	40
		0	-10	-10	-10	40
		500	490	490	-10	40
		1000	990	990	-10	40
		1500	1490	1490	-10	50
		2000	2000	2000	0	60
		4000	3980	3980	-20	70
		6000	5980	5980	-20	80
		8000	7990	7990	-10	120
		10000	9980	9980	-20	160
		12000	11980	11980	-20	200
		14000	13980	13980	-20	225
		16000	15980	15980	-20	240
		18000	17980	17980	-20	275
		20000	19980	19980	-20	300
		22000	21980	21980	-20	340
		25000	25020	25020	20	375
30000	30110	30110	110	450		
35000	35210	35210	210	525		
40000	40330	40330	330	600		
45000	45320	45320	320	675		
50000	50240	50240	240	750		
DESCENDENTE						
(-1000 a 50000) feet	111406	feet	feet	feet	feet	feet
		45000	45345	45345	345	675
		40000	40370	40370	370	600
		35000	35260	35260	260	525
		30000	30140	30140	140	450
		25000	25070	25070	70	375
		22000	22030	22030	30	340
		20000	20020	20020	20	300
		18000	18010	18010	10	275
		16000	16010	16010	10	240
		14000	14010	14010	10	225
		12000	12020	12020	20	200

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0575

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DESCENDENTE						
(-1000 a 50000) feet	111406	feet	feet	feet	feet	feet
		10000	10010	10010	10	160
		8000	8020	8020	20	120
		6000	6010	6010	10	80
		4000	4000	4000	0	70
		2000	2010	2010	10	60
		1500	1510	1510	10	50
		1000	1000	1000	0	40
		500	500	500	0	40
		0	0	0	0	40
		-500	-500	-500	0	40
		-1000	-1010	-1010	-10	40

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.12.23
09:24:04 -03'00'

NICOLÁS MÁRQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración