

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0198 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL

Fabricante : VELLEMAN

Modelo / Número de Parte : DVM850BL **Número de Serie** : 20020400054

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 18,9°C **Humedad Relativa** : 41%

Procedimiento : 6752PRO139-01 rev 5.00

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-27	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS LTDA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0198

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
RANGO		mV	mV	mV	mV	mV
200 mV		180,0	179,3	179,3	-0,7	1,1
RANGO		V	V	V	V	V
2 V		0,200	0,199	0,199	-0,001	0,003
		1,000	0,997	0,997	-0,003	0,010
		1,800	1,794	1,794	-0,006	0,016
		-1,800	-1,793	-1,793	0,007	0,016
RANGO		V	V	V	V	V
20 V		18,00	17,93	17,93	-0,07	0,16
RANGO		V	V	V	V	V
200 V		180,0	179,3	179,3	-0,7	1,6
RANGO		V	V	V	V	V
600 V		540	538	538	-2	6
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO 200V		V	V	V	V	V
@50Hz		20,0	19,4	19,4	-0,6	1,2
@1 kHz		20,0	19,4	19,4	-0,6	1,2
@50Hz		180,0	177,0	177,0	-3,0	3,2
@1 kHz		180,0	177,0	177,0	-3,0	3,2
RANGO 600V		V	V	V	V	V
@50Hz		60	59	59	-1	11
@400 Hz		60	59	59	-1	11
@50Hz		540	534	534	-6	16
@400 Hz		540	534	534	-6	16
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
RANGO		µA	µA	µA	µA	µA
200µA		180,0	179,2	179,2	-0,8	2,4
		mA	mA	mA	mA	mA
2 mA		1,800	1,790	1,790	-0,010	0,024
		mA	mA	mA	mA	mA
20 mA		18,00	17,96	17,96	-0,04	0,24
		mA	mA	mA	mA	mA
200 mA		180,0	179,1	179,1	-0,9	3,2
		A	A	A	A	A
10A		9,00	8,87	8,87	-0,13	0,29

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS LTDA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0198

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
RANGO		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200Ω		190,0	190,2	190,2	0,2	1,7
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
2 kΩ		1,900	1,903	1,903	0,003	0,017
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
20 kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,17
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
200 kΩ		190,0	190,2	190,2	0,2	1,7
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
2 MΩ		1,900	1,899	1,899	-0,001	0,021




FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración