

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FR-44-0590 FECHA DE EMISION: 29-dic-25 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IV BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : SISTEMA TERMOMETRICO DIGITAL

Fabricante : TES

Modelo / Número de Parte : 1312A

Número de Serie : 130908191

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 29-dic-25 Fecha de Vencimiento : 29-dic-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SPA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 6752PRO109-01 REV.15.0

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados							
Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MICRO BATH	FLUKE	7103	A9B369	108932	28-ago-26	DTS	NIST
STIK THERMOMETER	FLUKE	1552A Ex	5261010	N/A	31-jul-26	DTS	NIST
PORTABLE CALIBRATION BATH	FLUKE	6109A	5326001	113086	20-may-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FR-44-0590

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURA	N/A	T1				
		-30,0	-30,5	-30,5	-0,5	0,9
		0,0	-0,3	-0,3	-0,3	1,0
		70,0	69,5	69,5	-0,5	1,2
		140,0	140,6	140,6	0,6	1,4
		200,0	198,9	198,9	-1,1	1,6
		T2				
		-30,0	-30,2	-30,2	-0,2	0,9
		0,0	-0,2	-0,2	-0,2	1,0
		70,0	69,3	69,3	-0,7	1,2
		140,0	140,5	140,5	0,5	1,4
		200,0	198,5	198,5	-1,5	1,6



FRANCISCO REYES GAJARDO.
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.12.29
16:53:01 -03'00'

Fin del certificado de calibración