

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FR-44-0591

FECHA DE EMISIÓN: 07-ene-26

Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IV BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : SISTEMA TERMOMETRICO DIGITAL

Fabricante : TES

Modelo / Número de Parte : 1312A

Número de Serie : 130908195

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 07-ene-26

Fecha de Vencimiento : 07-ene-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SPA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 6752PRO109-01 REV.15.0

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MICRO BATH	FLUKE	7103	A9B369	108932	28-ago-26	DTS	NIST
STIK THERMOMETER	FLUKE	1552A Ex	5261010	N/A	31-jul-26	DTS	NIST
PORTABLE CALIBRATION BATH	FLUKE	6109A	5326001	113086	20-may-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FR-44-0591

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURA	N/A	T1				
		-30,0	-29,8	-29,8	0,2	0,9
		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	1,0
		70,0	69,6	69,6	-0,4	1,2
		140,0	140,2	140,2	0,2	1,4
		200,0	199,0	199,0	-1,0	1,6
		T2				
		-30,0	-29,8	-29,8	0,2	0,9
		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	1,0
		70,0	69,6	69,6	-0,4	1,2
		140,0	140,1	140,1	0,1	1,4
		200,0	199,0	199,0	-1,0	1,6

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.01.08
13:07:27 -03'00'

FRANCISCO REYES GAJARDO.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración