

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
 Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
 Orden de Trabajo / Work Order : CG6924749455
 No. Remisión / Remission Number : SSCC: 1559733
 Fecha de Emisión / Emission Date : 24 de septiembre de 2024

Objeto / Object : Radar Aligment
 Fabricante / Manufacturer : Radom
 No. de Parte / Part Number : 19010
 No. de Serie / Serial Number : 001
 Código FACH : Sin Código
 No. de Control ENAER : FA-0483
 Procedimiento / Procedure : Plano de Tolerancia

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard	Mesa de Planitud	Militron Análogo
Fabricante / Manufacturer	Starrett	Starrett
Modelo / Model	Grade AA	717
No. Control / Control Number	SP-0005	SP-0006
No. Serie / Serial Number	200693	ATD03040062
No. Certificado / Certificate Number	050123SP0005	050824SP0006
Vencimiento / Due	05 de enero de 2025	05 de agosto de 2025
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST – USA	NIST – USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

Determinación Posicionamiento Eje Óptico en Fixture Radar Aligment

Tolerancia de Posicionamiento Colimador en Eje Horizontal	
Valor Nominal	Valor Medido
$\pm 0,03 \text{ mm}$	$+ 0,021$

Tolerancia de Posicionamiento Colimador en Eje Vertical	
Valor Nominal	Valor Medido
$\pm 0,03 \text{ mm}$	$-0,022$


Observaciones / *Observations*: Para mantener la precisión del Radar Aligment, es fundamental manejarlo con cuidado. Evite golpes y manipulaciones bruscas que puedan afectar su calibración. Agradecemos su colaboración en la preservación de este equipo.

Fecha de Calibración / *Calibration Date*: 24 de septiembre de 2024

Fecha de Vencimiento / *Due Date*: 24 de septiembre de 2025

U. Total $k=2$	0,01 mm
Lugar de Calibración / <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	$19,8 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 56,8 % H. R. $\pm 0,2 \text{ } \%$ H. R.


 José Guerrero Araya
 Técnico / *Technician*


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / *Head of Laboratory*