

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / Customer FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / Address IV BRIGADA AEREA
ORDEN DE TRABAJO / Work Order CG6925760161
N° REMISION / Remission N° SSCC: 1742708
FECHA DE EMISIÓN / Emission Date 27 DE NOVIEMBRE 2025

OBJETO BORESIGHT TELESCOPE
Object
FABRICANTE WILD HEERBRUGG
Manufacturer
N° DE PARTE SZR2-1
Part N°
N° DE SERIE 8182
Serial N°
N° DE IDENTIFICACION FA-0659
Identification N°
RANGO 145 (m) – 800 (m)
Range
RESOLUCION -----
Resolution

CONDICION DE RECEPCION
Received Condition

RECIBIDO <i>Received</i>	ENTREGADO <i>Returned</i>	CONFORMIDAD <i>Conformity</i>
En Tolerancia	En Tolerancia	T.O.33k6-4-3530-1

TRAZABILIDAD
Traceability

Patrón Standard	Fabricante <i>Manufacturer</i>	Modelo <i>Model</i>	Fecha de Calibración <i>Calibrated Date</i>	Fecha de Vencimiento <i>Calibrated Due</i>	Certificado N° <i>Certificate N°</i>	Emisor <i>Origin</i>	Trazabilid ad <i>Traceabilit</i> <i>y</i>
COLLIMATOR MS-0077	K & E	71-4010	23 OCT 2024	23 OCT 2027	23102024MS0077	ENAER	NIST-USA
WEDGE ASSEMBLY MS-0078	CUBIC PRECISION	71-7020	20 JUNIO 2024	20 JUNIO 2027	112091-2-1	BRUNSON	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario es responsable de recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is responsible for recalibrate the instrument at appropriate intervals.

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACION
CALIBRATION RESULT

LECTURA DEL ESTÁNDAR	LECTURA DE EQUIPO EN ENSAYO SEGUNDO DE ARCO				MÁXIMO ERROR SEGUNDO DE ARCO
	0	90	180	270	
	MEDICION POR DIFERENCIA DE CENTRADO LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO				
INFINITO DEL COLIMADOR	0,0	0,5 SEG	0,0 SEG	0,0SEG	0,5SEG

Incertidumbre de la Medición (k=2) <i>Uncertainty Measurement (k=2)</i>	0.001 inch
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Óptica - ENAER
Ambiente <i>Environment</i>	(50 +/- 20) % H.R (20 +/- 5) °C
Observaciones <i>Observations</i>	Sin Observaciones
Fecha de Calibración <i>Calibration Date:</i>	27 DE NOVIEMBRE 2025


 Gustavo Fredes Cornejo
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo.
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory