

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0185 **FECHA DE EMISION:** 02-mar-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : CONTROL UNIT

Fabricante : BL

Modelo / Número de Parte : 1724-1 **Número de Serie** : 214

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 27,6°C **Humedad Relativa** : 35%

Procedimiento : INDICACIÓN DE INSTRUMENTO

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0185

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA						
	104813	mV	°C	°C	°C	°C
33,11 mV full		6,40	100,0	100,0	N/A	SIN INFO
		12,50	200,0	200,0	N/A	SIN INFO
		18,80	300,0	300,0	N/A	SIN INFO
		25,20	400,0	400,0	N/A	SIN INFO
		31,20	500,0	500,0	N/A	SIN INFO
		37,30	600,0	600,0	N/A	SIN INFO




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración