

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-AJ-44-0370 **FECHA DE EMISIÓN:** 04-dic-25 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53

Descripción del ítem : OHMS SQUIB TESTER

Fabricante : HTL

Modelo / Número de Parte : 13060A **Número de Serie** : 3/81

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 26-nov-25 **Fecha de Vencimiento** : 26-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GPO. MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 17,2 °C **Humedad Relativa** : 41%

Procedimiento : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
DECADE RESISTOR	GENERAL RADIO	1433-U	8402	105402	06-ene-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	01-oct-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-AJ-44-0370

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		0,489	0,500	0,500	0,011	SIN INFO.
		0,967	1,000	1,000	0,033	SIN INFO.
		1,485	1,500	1,500	0,015	SIN INFO.




Andrés Jorquera H.

TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración