

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FF-44-0308 FECHA DE EMISION: 24-jul-26 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IV BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO MANTENIMIENTO N° 53
Descripción del ítem : TERMOHIGROMETRO
Fabricante : GROW GENETICS
Modelo / Número de Parte : HTC-AGRO Número de Serie : GM-TQ-003

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 22-jul-26 Fecha de Vencimiento : 22-jul-27
Lugar de Calibración : SALA DE PRUEBAS AMBIENTALES, DTS SPA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : 6752PRO059-01 REV.11.0
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CAMARA CLIMATICA	MEMMERT	HPP-110	W416.0116	112612	22-ene-27	DTS	NIST
HUMIDITY & TEMPERATURE W/PROBE	ROTRONIC	HP23-A / HC2A	72094036/20567026	113357	20-may-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FF-44-0308

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE TEMPERATURA						
%HR		°C	°C	°C	°C	°C
50,0	113357	10,0	10,2	10,2	0,2	1,0
50,0	113357	20,0	20,2	20,2	0,2	1,0
50,0	113357	30,0	30,1	30,1	0,1	1,0
CALIBRACION DE HUMEDAD						
°C		%HR	%HR	%HR	%HR	%HR
25,0	113357	30,0	24	24	-6	8
25,0	113357	50,0	44	44	-6	8
25,0	113357	70,0	64	64	-6	8



FERNANDO FLORES ZURITA
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.07.24
12:30:06 -04'00'