

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6925760176
No. de Control ENAER : FE-0247
Fecha de Emisión : 24 de noviembre de 2025
S. S. C. C. : 1742708

Denominación : Tensiómetro
Fabricante : WacLine, Inc
ID Cliente : -----
No. de Parte : 19738
No. de Serie : 7617
Rango : 10,0 lb – 200,0 lb
Resolución : 2,5 lb

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set de Masas
Fabricante : Troemner
Modelo : Clase M2
Serie : SP-0071
No. de Certificado : 6121 - 6122
Vencimiento : 25 de marzo de 2026
Emisor del Certificado : CESMEC S. A.
Trazabilidad : CESMEC S. A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

E041_REV.00

Página 1 de 2

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Diámetro Cable	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C.	Tensión del Cable	Error ($\bar{x}$)	Error ($\bar{x}$)
in	lb	lb	lb	%
Cable $\varnothing$ 1/16	50,04	50,0	0,04	0,08
	100,09	100,0	0,09	0,09
	150,15	150,0	0,15	0,10
	200,22	200,0	0,22	0,11
Cable $\varnothing$ 1/8	50,07	50,0	0,07	0,14
	100,16	100,0	0,16	0,16
	150,27	150,0	0,27	0,18
	200,41	200,0	0,41	0,20
Cable $\varnothing$ 3/16	50,12	50,0	0,12	0,24
	100,27	100,0	0,27	0,27
	150,43	150,0	0,43	0,29
	200,62	200,0	0,62	0,31

Observaciones: Los valores obtenidos en el instrumento bajo calibración (I.B.C.) son promedios de una serie de mediciones realizadas en cada punto del tensiómetro.

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	20,9°C $\pm$ 0,1°C 50,5% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	T.O. 33K6-4-2153-1
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 5% de la Lectura
Método de Calibración	Comparación Directa

Fecha de Calibración: 24 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento: 24 de mayo de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones

E041_REV.00

Página 2 de 2

Avda. José Miguel Carrera No. 11087

(Paradero 36 $\frac{1}{2}$ Gran Avenida)

El Bosque Santiago - Chile

Teléfono: 22383 1780