

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-EA-44-0295 FECHA DE EMISION: 13-jul-26 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : ELECTRONIC WEIGHING INDICATOR

Fabricante : REVERE

Modelo / Número de Parte : C55800-3-50

Número de Serie : 5394A

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 13-jul-26

Fecha de Vencimiento : 13-jul-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE FUERZA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C

Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : REF: 33K6-4-3670-1, 30 NOVEMBER 2009

Desviación a los procedimientos : SE AJUSTA CANAL 3.

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CELDA DE CARGA	MORE HOUSE	PRECISION	P-10976	113992	06-feb-27	LCPN-F	NIST
INDICADOR DIGITAL	MORE HOUSE	H.A.D.I.	00273528	113992	06-feb-27	LCPN-F	NIST
CELDA DE CARGA	MORE HOUSE	PRECISION	P-10975	113992	06-feb-27	LCPN-F	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-EA-44-0295

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE FUERZA						
CELDA DE CARGA ROJA		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 0°		0	0	0	0	0
		4998	5000	5000	2	10
		10009	10000	10000	-9	10
		15007	15000	15000	-7	15
		20016	20000	20000	-16	20
		25012	25000	25000	-12	25
		30013	30000	30000	-13	30
		35019	35000	35000	-19	35
		40011	40000	40000	-11	40
		45007	45000	45000	-7	45
		50014	50000	50000	-14	50
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 120°		0	0	0	0	0
		5003	5000	5000	-3	10
		10008	10000	10000	-8	10
		15008	15000	15000	-8	15
		20018	20000	20000	-18	20
		25016	25000	25000	-16	25
		30012	30000	30000	-12	30
		35018	35000	35000	-18	35
		40012	40000	40000	-12	40
		45013	45000	45000	-13	45
		50016	50000	50000	-16	50
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 240°		0	0	0	0	0
		5002	5000	5000	-2	10
		10009	10000	10000	-9	10
		15011	15000	15000	-11	15
		20018	20000	20000	-18	20
		25014	25000	25000	-14	25
		30015	30000	30000	-15	30
		35021	35000	35000	-21	35
		40015	40000	40000	-15	40
		45009	45000	45000	-9	45
		50015	50000	50000	-15	50

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-EA-44-0295

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CELDA DE CARGA AMARILLA		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 0°		0	0	0	0	0,00
		4996	5000	5000	4	10,00
		10001	10000	10000	-1	10,00
		14998	15000	15000	2	15,00
		20008	20000	20000	-8	20,00
		24998	25000	25000	2	25,00
		30024	30000	30000	-24	30,00
		35028	35000	35000	-28	35,00
		40029	40000	40000	-29	40,00
		45038	45000	45000	-38	45,00
		50041	50000	50000	-41	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 120°		0	0	0	0	0,00
		4997	5000	5000	3	10,00
		10003	10000	10000	-3	10,00
		15001	15000	15000	-1	15,00
		20009	20000	20000	-9	20,00
		25008	25000	25000	-8	25,00
		30019	30000	30000	-19	30,00
		35030	35000	35000	-30	35,00
		40033	40000	40000	-33	40,00
		45041	45000	45000	-41	45,00
		50044	50000	50000	-44	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 240°		0	0	0	0	0,00
		4995	5000	5000	5	10,00
		10002	10000	10000	-2	10,00
		14999	15000	15000	1	15,00
		20010	20000	20000	-10	20,00
		25006	25000	25000	-6	25,00
		30023	30000	30000	-23	30,00
		35031	35000	35000	-31	35,00
		40031	40000	40000	-31	40,00
		45042	45000	45000	-42	45,00
		50046	50000	50000	-46	50,00

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-EA-44-0295

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CELDA DE CARGA AZUL		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 0°		0	0	0	0	0,00
		5008	5008	5000	-8	10,00
		10009	10036	10000	-9	10,00
		15004	15035	15000	-4	15,00
		20009	20053	20000	-9	20,00
		24994	25052	25000	6	25,00
		30003	30062	30000	-3	30,00
		34998	35086	35000	2	35,00
		39987	40086	40000	13	40,00
		44977	45093	45000	23	45,00
		49974	50099	50000	26	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 120°		0	0	0	0	0,00
		5008	5000	5000	-8	10,00
		10009	10000	10000	-9	10,00
		15001	15000	15000	-1	15,00
		20007	20000	20000	-7	20,00
		24992	25000	25000	8	25,00
		29998	30000	30000	2	30,00
		34999	35000	35000	1	35,00
		39985	40000	40000	15	40,00
		44978	45000	45000	22	45,00
		49973	50000	50000	27	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 240°		0	0	0	0	0,00
		5007	5000	5000	-7	10,00
		10008	10000	10000	-8	10,00
		15003	15000	15000	-3	15,00
		20008	20000	20000	-8	20,00
		24994	25000	25000	6	25,00
		29997	30000	30000	3	30,00
		34998	35000	35000	2	35,00
		39986	40000	40000	14	40,00
		44976	45000	45000	24	45,00
		49971	50000	50000	29	50,00

EKTOR ARÉVALO BASTÍAS
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2026.07.13
14:59:37 -04'00'

Fin del certificado de calibración