

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925760148
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1742982
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 01/12/2025

OBJETO GAGE -V DROP (MICROMETRO PROFUNDIMETRO)
OBJECT
FABRICANTE STARRETT
MANUFACTURER
N° DE PARTE 21C6084G01
PART N°
N° DE SERIE A4556
SERIAL N°
RANGO 0 in – 1 in
RANGE
RESOLUCION 0,001 in
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0927
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-15-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	GAGE BLOCK SET	MESA DE PLANITUD
Modelo / Model	SS81A1X	AA
N° Serie / Serial number	5.1567SA-33AC	200693
Certificado N° / Certificate N°	290425DI3223	120824SP0005
Fabricante / Manufacturer	STARRETT	STARRETT
Vencimiento / Due	29/04/2027	12/08/2026
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST – USA	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

E263_REV00

Página / Page 1 of 2

Avda. JOSÉ MIGUEL CARRERA N° 11087 (Paradero 36½ Gran Avenida) El Bosque SANTIAGO - CHILE
 E-mail: metrologia@enaer.cl Telefono : 56 2 2383 1964

RESULTADOS DE CALIBRACION
CALIBRATION RESULTS

VALOR NOMINAL in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ in	ERROR in
0	0,000	0
0,1	0,100	0
0,2	0,200	0
0,4	0,400	0
0,6	0,600	0
0,8	0,800	0
1	1,000	0

U. TOTAL k=2	0,0003 in
Exactitud entregada por el fabricante	$\pm 0,0001$ in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,5 °C $\pm$ 1 °C (43,8 $\pm$ 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 01 de diciembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 01 de diciembre de 2026



Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician



Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory