

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo / Work Order : CG6925760141
N.º Remisión / Remission N.º : SSCC: 1742708
Fecha de Emisión / Emission Date : 24 de noviembre de 2025

Objeto / Object : Kit Louver (Go - Nogo)
Fabricante / Manufacturer : General Electric
N.º de Parte / Part N.º : 21C621G004
N.º de Serie / Serial N.º : A4782
Rango / Range : -----
Resolución / Resolution : -----
Código FACH : S/C (5034889)
N.º de Control ENAER : FA-0934
Procedimiento / Procedure : Medicion Directa

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard	LENG MEASURING MACHINE
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC – WIN/39"
Nº de Serie / Serial number	1176/05
Certificado Nº / Certificate N°	110825SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	11/08/2026
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

Identificación		Valor Nominal (in)	Longitud Medida (in)	Desviación (in)
21C621-126	GO	0,025	0,0267	-0,0017
	NOGO	0,027	0,0311	-0,0041
21C621-127	GO	0,034	0,0341	-0,0001
	NOGO	0,038	0,0384	-0,0004
21C621-128	GO	0,022	0,0250	-0,0030
	NOGO	0,030	0,0334	-0,0034
21C621-132	GO	0,032	0,0323	-0,0003
	NOGO	0,037	0,0373	-0,0003

Observaciones / Observations:


Fecha de Calibración / Calibration Date: 24 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento / Due Date: 24 de noviembre de 2026

U. Total $k=2$	0,0002 in
Lugar de Calibración / Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,4 °C $\pm$ 1 °C (43,0 % $\pm$ 3) % H. R.



Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician



Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory