

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-MD-44-0098 FECHA DE EMISIÓN: 28-mar-25 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA,PUNTA ARENAS.

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : POWER RESISTOR DECADE BOX

Fabricante : CLAROSTAT MFG. CO., INC.

Modelo / Número de Parte : 240C Número de Serie : 6045

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-mar-25 Fecha de Vencimiento : 20-mar-26

Lugar de Calibración : BANDADA ELECTRONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 21,9°C Humedad Relativa : 45%

Procedimiento : 33K2-4-26-1

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	H.P.	34401A	3146A25229	104639	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	VETO	A6031000	TEMP-003	NO TIENE	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-MD-44-0098

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION EN RESISTENCIA						
RANGE X 1		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		0,990	1,0	1,0	0,010	± 0,050
		1,945	2,0	2,0	0,055	± 0,100
		2,866	3,0	3,0	0,134	± 0,150
		3,973	4,0	4,0	0,027	± 0,200
		4,896	5,0	5,0	0,104	± 0,250
		5,916	6,0	6,0	0,084	± 0,300
		6,838	7,0	7,0	0,162	± 0,350
		7,839	8,0	8,0	0,161	± 0,400
		8,763	9,0	9,0	0,237	± 0,450
RANGE X 10		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		10,001	10,00	10,00	-0,001	± 0,200
		20,202	20,00	20,00	-0,202	± 0,400
		30,198	30,00	30,00	-0,198	± 0,600
		40,009	40,00	40,00	-0,009	± 0,800
		49,995	50,00	50,00	0,005	± 1,000
		60,063	60,00	60,00	-0,063	± 1,200
		70,066	70,00	70,00	-0,066	± 1,400
		80,039	80,00	80,00	-0,039	± 1,600
		90,036	90,00	90,00	-0,036	± 1,800
RANGE X 100		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		98,87	100,00	100,00	1,13	± 2
		199,96	200,00	200,00	0,04	± 4
		298,76	300,00	300,00	1,24	± 6
		402,65	400,00	400,00	-2,65	± 8
		501,46	500,00	500,00	-1,46	± 10
		600,74	600,00	600,00	-0,74	± 12
		699,55	700,00	700,00	0,45	± 14
		799,72	800,00	800,00	0,28	± 16
		898,53	900,00	900,00	1,47	± 18

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


Nº de Certificado : 25-MD-44-0098

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION EN RESISTENCIA						
RANGE X 1M		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		1,000	1,00	1,00	0,000	± 0,020
		1,995	2,00	2,00	0,005	± 0,040
		2,995	3,00	3,00	0,005	± 0,060
		3,987	4,00	4,00	0,013	± 0,080
		4,988	5,00	5,00	0,012	± 0,100
		5,998	6,00	6,00	0,002	± 0,120
		6,999	7,00	7,00	0,001	± 0,140
		8,003	8,00	8,00	-0,003	± 0,160
		9,004	9,00	9,00	-0,004	± 0,180
RANGE X 10M		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		9,98	10,00	10,00	0,03	± 0,2
		19,77	20,00	20,00	0,23	± 0,4
		29,74	30,00	30,00	0,26	± 0,6
		39,90	40,00	40,00	0,10	± 0,8
		49,87	50,00	50,00	0,13	± 1,0
		60,15	60,00	60,00	-0,15	± 1,2
		70,12	70,00	70,00	-0,12	± 1,4
		80,28	80,00	80,00	-0,28	± 1,6
		90,25	90,00	90,00	-0,25	± 1,8
RANGE X 100M		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		100,4	100,0	100,0	-0,4	± 2
		197,7	200,0	200,0	2,3	± 4
		298,0	300,0	300,0	2,0	± 6
		398,4	400,0	400,0	1,6	± 8
		498,7	500,0	500,0	1,3	± 10
		597,0	600,0	600,0	3,0	± 12
		697,3	700,0	700,0	2,7	± 14
		797,3	800,0	800,0	2,7	± 16
		897,7	900,0	900,0	2,3	± 18




MARCO DÍAZ DELGADO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración