

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0589 FECHA DE EMISIÓN: 29-dic-25 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DIGITAL PITOT STATIC TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Modelo / Número de Parte : DPS 1000 (101-01175) Número de Serie : 00455

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 29-dic-25 Fecha de Vencimiento : 29-dic-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACIÓN DE PRESIÓN - OXÍGENO, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : ≤65%

Procedimiento : REF:USER INSTRUCTION MANUAL M/N DPS1000, P/N: 101-01175

Desviación a los procedimientos : EQUIPO CALIBRADO A TRAVÉS DE CONEXIÓN REMOTA, AUTORIZADO POR RT-FACH

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
AUTOMATED AIR DATA TEST SET	LAVERSAB	6580-HA Rev. C1	83951	111406	28-mar-26	LAVERSAB	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0589

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
PRUEBAS DE FUGA						
---	---	CANAL PS: 5000 feet			-8,1 ft/min	≤25 ft/min
		20000 feet			-6,4 ft/min	≤50 ft/min
		CANAL PT: 300 knots			0,2 kts/min	≤1 kts/min
ALTITUD (CANAL PS)						
(-2000 a 55000) feet	111406	feet	feet	feet	feet	feet
		-2000	-1997	-1997	3	3
		0	3	3	3	3
		6000	6004	6004	4	6
		12000	12004	12004	4	6
		18000	18004	18004	4	6
		25000	25003	25003	3	8
		35000	35003	35003	3	14
		50000	49999	49999	-1	22
		52500	52498	52498	-2	22
		53000	52998	52998	-2	22
VELOCIDAD (CANAL PT)						
(0 a 650) knots	111406	knots	knots	knots	knots	knots
		20,0	20,2	20,2	0,2	1,0
		50,0	49,9	49,9	-0,1	0,5
		100,0	100,0	100,0	0,0	0,2
		200,0	200,0	200,0	0,0	0,2
		300,0	300,0	300,0	0,0	0,2
		400,0	400,0	400,0	0,0	0,2
		500,0	500,0	500,0	0,0	0,2
		600,0	600,0	600,0	0,0	0,2
		650,0	649,9	649,9	-0,1	0,2

NICOLÁS MÁRQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2025.12.29
14:36:43 -03'00'

Fin del certificado de calibración