

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0510 FECHA DE EMISION: 16-sept-24 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DIGITAL TURBINE TEMPERATURE TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Modelo / Número de Parte : 101-00901 (TT-1000A) Número de Serie : 3150

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 16-sept-24 Fecha de Vencimiento : 16-sept-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^\circ\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$

Procedimiento : 33K5-4-233-1 (30 JANUARY 2013)

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
THERMOCOUPLE CALIBRATOR	OMEGA	CL300A	2974107	112065	25-sept-24	DTS	NIST
DECADE RESISTOR	GENERAL RADIO	1433-U	8402	105402	02-ene-25	DTS	NIST
DECADE RESISTOR	GENERAL RADIO	1433-H	1028500001	105239	04-abr-25	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0510

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURE CALIBRATION						
SHORT TI TEST LEADS						
		N/A	000 °C	000 °C		
OPEN TI TEST LEADS						
		N/A	OPEN -1 °C	OPEN -1 °C		
INDICATOR TEST (°C)						
THERMOCOUPLE TYPE K		°C	°C	°C	°C	Limits °C
		25,8	25	25	-0,8	± 1°C
		100,0	100	100	0,0	± 1°C
		200,0	200	200	0,0	± 1°C
		300,0	300	300	0,0	± 1°C
		400,9	400	400	-0,9	± 1°C
		500,4	500	500	-0,4	± 1°C
		600,0	600	600	0,0	± 1°C
		700,7	700	700	-0,7	± 1°C
		800,0	800	800	0,0	± 1°C
		900,8	900	900	-0,8	± 1°C
		1000,6	1000	1000	-0,6	± 1°C
TEMPERATURE MEASURE (°C)						
THERMOCOUPLE TYPE K		°C	°C	°C	°C	Limits °C
		0,00	0,00	0	0	± 1°C
		25,13	25	25,13	0	± 1°C
		99,22	100	100	1	± 1°C
		199,53	200	200	0	± 1°C
		300,01	300	300	0	± 1°C
		399,66	400	400	0	± 1°C
		499,55	500	499	-1	± 1°C
		599,61	600	600	0	± 1°C
		699,95	700	700	0	± 1°C
		799,79	800	800	0	± 1°C
		900,18	900	900	0	± 1°C
		999,63	1000	1000	0	± 1°C

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0510

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RESISTANCE CALIBRATION						
RANGO 20 Ω		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		5,00	5,01	5,01	0,01	± 0,02 Ω
		15,00	15,00	15,00	0,00	± 0,03 Ω
RANGO 200 Ω		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		50,00	50,2	50,2	0,2	± 0,2 Ω
		100,00	99,6	99,6	-0,4	± 0,2 Ω
		175,00	175,1	175,1	0,1	± 0,3 Ω
RANGO 2 MΩ		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		1,000	1,007	1,007	0,007	± 0,031 MΩ
		1,500	1,509	1,509	0,009	± 0,046 MΩ



JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.09.17
07:34:28 -03'00'

Fin del certificado de calibración