

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo / Work Order : CG6925755961
Fecha Emisión / Emission Date : 05 de junio de 2025
S. S. C. C. : 1668398

Objeto / Object : Reloj Comparador Análogo
Fabricante / Manufacturer : Mahr
No. de Parte / Part No. : 4324000
No. de Serie / Serial No. : 051109
Rango / Range : 0 mm – 3 mm
Resolución / Resolution : 0,01 mm
ID. ENAER : FA-1084
ID. F.A.CH. : -----
Procedimiento / Procedure : T.O. 33K6-4-889-1

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard	MAQ MED UNIVERS
Modelo / Model	828PC-WIN
No. Serie / Serial number	1176/05
Certificado No. / Certificate N°	060824SP0001
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Vencimiento / Due	06 de agosto de 2025
Emisor / Origin	ENAER – CHILE
Trazabilidad / Traceability	NIST – U.S.A.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

Las unidades de medición realizadas están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Resultados de Calibración

Calibration Results

Lectura del I.B.C.	Lectura ($\bar{x}$) Patrón	Error ($\bar{x}$)
mm	mm	mm
0,00	0,000	0,000
0,05	0,050	0,000
0,10	0,099	0,001
0,15	0,149	0,001
0,20	0,198	0,002
0,25	0,248	0,002
0,30	0,299	0,001
0,35	0,350	0,000
0,40	0,401	-0,001
0,50	0,500	0,000
1,00	1,000	0,000
1,50	1,502	-0,002
2,00	2,005	-0,005
2,50	2,505	-0,005
3,00	3,003	-0,003

U. Total $k=2$	0,005 mm
Exactitud Entregada por el Fabricante	$\pm 0,01$ mm
Lugar de Calibración / Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,2°C $\pm$ 2°C 49,5% H. R. $\pm$ 3% H. R.

Fecha de Calibración/Calibration Date : 05 de junio de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date : 05 de junio de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico / Technician

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory