

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0217 **FECHA DE EMISIÓN:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA, PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DIGITAL CONDUCTIVITY METER

Fabricante : EMCEE ELECTRONICS, INC.

Modelo / Número de Parte : 1152 **Número de Serie** : 115579

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 25-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 25-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 19,8 °C **Humedad Relativa** : 34%

Procedimiento : 33K1-4-186-1

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 **Meses**

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MEGOHM DECADE RESISTOR	BIDDLE	72-6348	75391	102108	18-ago-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0217

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD						
		CU	CU	CU	CU	CU
Press TI M		000	000	000	0	± 1
Press TI C		400	399	399	-1	± 1
		CU	CU	CU	CU	CU
		500	501	501	1	11
		300	300	300	0	7
		100	101	101	1	3
		25	25	25	0	2
CAL		CU	CU	CU	CU	CU
Press TI M		000	000	000	0	± 1
Press TI C		400	400	400	0	± 1




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración