

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FR-44-0109

FECHA DE EMISION: 20-feb-26

Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IV BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TERMOMETRO BIMETALICO

Fabricante : TRONAIR

Modelo / Número de Parte : 52-3124

Número de Serie : GM-SA-306

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-feb-26

Fecha de Vencimiento : 20-feb-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SPA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 33K5-4-28-1, 30 MARCH 2013

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MICRO BATH	FLUKE	7103	B5B287	112432	17-dic-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FR-44-0109

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
UP		°F	°F	°F	°F	°F
		48	48	48	0	± 2°F
		60	60	60	0	± 2°F
		120	119	119	-1	± 2°F
		180	178	178	-2	± 2°F
		216	214	214	-2	± 2°F
		°F	°F	°F	°F	°F
		180	178	178	-2	± 2°F
		120	118	118	-2	± 2°F
		60	60	60	0	± 2°F



FRANCISCO REYES GAJARDO.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración

LUIS ANGEL
CUSTODIO
MELLAFE
LOPEZ

Firmado digitalmente por
LUIS ANGEL
CUSTODIO
MELLAFE LOPEZ
Fecha: 2026.02.20
12:30:02 -03'00'