

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado	:	26-LT-44-0179	Fecha de Emisión	19-mar-26	Página 1 de 3
--------------------------	---	---------------	-------------------------	-----------	----------------------

Descripción del Ítem

Cliente	:	FUERZA AÉREA DE CHILE - IVA BRIGADA AÉREA			
Unidad Interna	:	GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53			
Descripción del ítem	:	TRUE RMS CLAMP METER			
Fabricante	:	FLUKE			
Número de Parte/Modelo	:	376 FC	Número de Serie	:	65322512MV

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración	:	19-mar-26	Fecha de Vencimiento	:	19-mar-27
Lugar de Calibración	:	LABORATORIO DE CALIBRACIONES ELÉCTRICA DTS SPA			
Condiciones Ambientales	:	Temperatura : 23 ± 5°C	Humedad Relativa	:	50 ± 30%
Procedimiento	:	Fluke 376 FC Calibration Manual (December 2010)			
Intervalo de Calibración	:	12 meses			

Antecedentes del o los Patrones Utilizados							
Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
50 TURN COIL	FLUKE	5500A	88560035	104389	***	***	***
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5522A	2932901	111999	24-nov-26	MICRO PRECISION	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma y sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-LT-44-0179

Página 2 a 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
Root Difference Square guardbanding method used.					
AC VOLTAGE					
1000 V Range					
50 Hz	10,0 V	10,0 V	10,0 V	0,0 V	9,3 a 10,7 V
50 Hz	500,0 V	500,1 V	500,1 V	0,1 V	492,0 a 508,0 V
500 Hz	500,0 V	499,1 V	499,1 V	-0,9 V	492,0 a 508,0 V
50 Hz	900 V	901 V	901 V	1 V	882 a 919 V
DC VOLTAGE					
1000 V Range					
---	-500,0 V	-499,8 V	-499,8 V	0,2 V	-505,5 a -494,5 V
---	10,0 V	10,0 V	10,0 V	0,0 V	9,4 a 10,6 V
---	500,0 V	499,8 V	499,8 V	-0,2 V	494,5 a 505,5 V
---	900 V	900 V	900 V	0 V	886 a 914 V
DC MILLIVOLTS					
500 mV Range					
---	-500,0 mV	-500,1 mV	-500,1 mV	-0,1 mV	-505,5 a -494,5 mV
---	50,0 mV	50,0 mV	50,0 mV	0,0 mV	49,0 a 51,0 mV
---	500,0 mV	500,0 mV	500,0 mV	0,0 mV	494,5 a 505,5 mV
RESISTANCE					
600 ohms Range					
---	60,0 Ω	60,0 Ω	60,0 Ω	0,0 Ω	58,9 a 61,1 Ohm
---	300,0 Ω	300,0 Ω	300,0 Ω	0,0 Ω	296,5 a 303,5 Ohm
---	540,0 Ω	540,0 Ω	540,0 Ω	0,0 Ω	534,1 a 545,9 Ohm
6000 ohms Range					
---	3000 Ω	3000 Ω	3000 Ω	0 Ω	2965 a 3035 Ohm
---	5400 Ω	5401 Ω	5401 Ω	1 Ω	5341 a 5459 Ohm
60 kohms Range					
---	30,00 kΩ	29,99 kΩ	29,99 kΩ	-0,01 kΩ	29,65 a 30,35 kOhm
---	54,00 kΩ	53,98 kΩ	53,98 kΩ	-0,02 kΩ	53,41 a 54,59 kOhm
CAPACITANCE					
1000 μF Range					
---	5,0 μF	5,0 μF	5,0 μF	0,0 μF	4,5 a 5,5 μF
---	90 μF	90 μF	90 μF	0 μF	85 a 95 μF
---	500 μF	501 μF	501 μF	1 μF	491 a 509 μF

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-LT-44-0179

Página 3 a 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
AC CURRENT					
1000 A Range					
50 Hz	100,0 A	100,1 A	100,1 A	0,1 A	97,5 a 102,5 A
50 Hz	600,0 A	602,3 A	602,3 A	2,3 A	584,5 a 615,5 A
50 Hz	750,0 A	752,3 A	752,3 A	2,3 A	734,5 a 765,5 A
DC CURRENT					
1000 A Range					
---	10,0 A	10,7 A	10,7 A	0,7 A	9,3 a 10,7 A
---	100,0 A	100,9 A	100,9 A	0,9 A	97,5 a 102,5 A
---	-10,0 A	-9,1 A	-9,1 A	0,9 A	-10,7 a -9,3 A
---	975,0 A	978,7 A	978,7 A	3,7 A	955,0 a 995,0 A
---	600,0 A	604,7 A	604,7 A	4,7 A	587,5 a 612,5 A
---	-975,0 A	-978,5 A	-978,5 A	-3,5 A	-995,0 a -955,0 A
---	-600,0 A	-603,4 A	-603,4 A	-3,4 A	-612,5 a -587,5 A
iFLEX CURRENT SIMULATION					
2500 A Range					
50 Hz	900 A	897 A	897 A	-3 A	868 a 932 A
50 Hz	2000 A	1997 A	1997 A	-3 A	1935 a 2065 A
50 Hz	2500 A	2497 A	2497 A	-3 A	2420 a 2580 A
500 Hz	2500 A	2497 A	2497 A	-3 A	2420 a 2580 A




LUIS TORO SALGADO
TÉCNICO METRÓLOGO

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración