

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-NM-44-0192 FECHA DE EMISION: 20-mar-26 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : PRESSURE/ VACUUM MODULE

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : PV350 Número de Serie : 5149798

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-mar-26 Fecha de Vencimiento : 20-mar-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE PRESIÓN, DTS SpA.

Condiciones Ambientales : Temperatura : (23 ± 5) °C Humedad Relativa : ≤ 65%

Procedimiento : REF. 6752PRO026-01 rev 20.00

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
PRESSURE MEASUREMENT MODULE	FLUKE	PM600-A20M	3819036	112647	14-may-26	FLUKE	NIST
PRESSURE MEASUREMENT MODULE	FLUKE	PM600-A200K	3519005	112588	15-may-26	FLUKE	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-NM-44-0192

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE PRESIÓN						
(0,5 a 350) psi	112647	psi	psi	psi	psi	psi
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
		35,0	34,8	34,8	-0,2	0,4
		70,0	70,0	70,0	0,0	0,5
		105,0	105,0	105,0	0,0	0,6
		140,0	140,0	140,0	0,0	0,7
		175,0	175,0	175,0	0,0	0,7
		210,0	210,0	210,0	0,0	0,8
		245,0	245,0	245,0	0,0	0,9
		280,0	279,9	279,9	-0,1	1,0
		315,0	314,9	314,9	-0,1	1,1
		350,0	349,9	349,9	-0,1	1,2
CALIBRACIÓN DE VACÍO						
(-29,9 a 0) inHg	112588	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
		2,5	2,5	2,5	0,0	0,5
		5,0	5,0	5,0	0,0	0,5
		7,5	7,5	7,5	0,0	0,5
		10,0	10,0	10,0	0,0	0,5
		12,5	12,5	12,5	0,0	0,5
		15,0	15,0	15,0	0,0	0,5
		17,5	17,5	17,5	0,0	0,5
		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
		22,5	22,5	22,5	0,0	0,6
		25,0	25,0	25,0	0,0	0,6

NICOLÁS MÁRQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración