

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0185

FECHA DE EMISIÓN: 07-jun-25

Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : ELECTRONIC WEIGHING INDICATOR

Fabricante : REVERE

Modelo / Número de Parte : C55800-3-50

Número de Serie : 5394A

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 06-jun-25

Fecha de Vencimiento : 06-jun-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE FUERZA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C

Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : REF: 33K6-4-3670-1, 30 NOVEMBER 2009

Desviación a los procedimientos : SE AJUSTAN CELDAS DE CARGA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CELDA DE CARGA	MORE HOUSE	PRECISION	P-10976	113992	11-ene-26	LCPN-F	NIST
INDICADOR DIGITAL	MORE HOUSE	H.A.D.I.	00273528	113992	10-ene-26	LCPN-F	NIST
CELDA DE CARGA	MORE HOUSE	PRECISION	P-10975	113992	10-ene-26	LCPN-F	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0185

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE FUERZA						
CELDA DE CARGA ROJA		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 0°		0	0	0	0,00	0
		4997	4997	5000	3,10	10
		10000	9998	10000	-0,40	10
		14997	14988	15000	2,90	15
		20000	19961	20000	-0,40	20
		24998	24988	25000	2,20	25
		29994	29976	30000	6,40	30
		34991	35023	35000	8,60	35
		39984	40039	40000	16,50	40
		44984	45044	45000	16,30	45
		49999	50027	50000	1,10	50
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 120°		0	0	0	0	0
		4998	5000	5000	2	10
		10003	10000	10000	-3	10
		14995	15000	15000	5	15
		20000	20000	20000	1	20
		24994	25000	25000	6	25
		29992	30000	30000	8	30
		34992	35000	35000	8	35
		39980	40000	40000	20	40
		44977	45000	45000	23	45
		49978	50000	50000	22	50
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 240°		0	0	0	0	0
		4995	5000	5000	5	10
		10000	10000	10000	1	10
		14993	15000	15000	7	15
		20002	20000	20000	-2	20
		24986	25000	25000	14	25
		29980	30000	30000	20	30
		35007	35000	35000	-7	35
		39997	40000	40000	3	40
		44988	45000	45000	12	45
		50000	50000	50000	0	50

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0185

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CELDA DE CARGA AMARILLA		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 0°		0	0	0	0	0,00
		4995	5013	5000	5	10,00
		9994	10010	10000	6	10,00
		14990	15010	15000	10	15,00
		19986	19978	20000	14	20,00
		24980	25033	25000	20	25,00
		29983	30026	30000	17	30,00
		34992	35014	35000	8	35,00
		39990	40024	40000	10	40,00
		44994	45024	45000	6	45,00
		50006	50009	50000	-6	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 120°		0	0	0	0	0,00
		4998	5000	5000	2	10,00
		10000	10000	10000	0	10,00
		14988	15000	15000	12	15,00
		19995	20000	20000	5	20,00
		24984	25000	25000	17	25,00
		29982	30000	30000	18	30,00
		34998	35000	35000	2	35,00
		39997	40000	40000	3	40,00
		44997	45000	45000	3	45,00
		50006	50000	50000	-6	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 240°		0	0	0	0	0,00
		4994	5000	5000	6	10,00
		9994	10000	10000	6	10,00
		14987	15000	15000	13	15,00
		19989	20000	20000	11	20,00
		24985	25000	25000	15	25,00
		29991	30000	30000	9	30,00
		34997	35000	35000	3	35,00
		39997	40000	40000	3	40,00
		44986	45000	45000	15	45,00
		50008	50000	50000	-8	50,00

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0185

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CELDA DE CARGA AZUL		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 0°		0	0	0	0	0,00
		5007	4990	5000	-7	10,00
		10008	9986	10000	-8	10,00
		15010	14981	15000	-10	15,00
		20015	19969	20000	-15	20,00
		25008	24981	25000	-8	25,00
		30012	29992	30000	-12	30,00
		35019	35022	35000	-19	35,00
		40015	40017	40000	-15	40,00
		45009	45024	45000	-9	45,00
		50013	50030	50000	-13	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 120°		0	0	0	0	0,00
		5009	5000	5000	-9	10,00
		10009	10000	10000	-9	10,00
		15012	15000	15000	-12	15,00
		20018	20000	20000	-18	20,00
		25012	25000	25000	-12	25,00
		30008	30000	30000	-8	30,00
		35015	35000	35000	-15	35,00
		40014	40000	40000	-14	40,00
		45008	45000	45000	-8	45,00
		50013	50000	50000	-13	50,00
		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
ROTACIÓN 240°		0	0	0	0	0,00
		5008	5000	5000	-8	10,00
		10007	10000	10000	-7	10,00
		15014	15000	15000	-14	15,00
		20018	20000	20000	-18	20,00
		25002	25000	25000	-2	25,00
		30020	30000	30000	-20	30,00
		35019	35000	35000	-19	35,00
		40014	40000	40000	-14	40,00
		45007	45000	45000	-7	45,00
		50008	50000	50000	-8	50,00




EKTOR ARÉVALO BASTÍAS

TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2025.06.10
16:30:31 -04'00'

Fin del certificado de calibración