

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0144 FECHA DE EMISION: 16-mar-26 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IVª BRIGADA AEREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : NOZZLE CONTROL SYSTEM TESTER

Fabricante : GENERAL ELECTRIC

Modelo / Número de Parte : 21C912G005

Número de Serie : 1445B

Datos de la Calibración*

Fecha de Calibración : 16-mar-26

Fecha de Vencimiento : 16-mar-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 33K1-4-1646-1 (30 JUNE 1994)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	12-ago-26	DTS	NIST
CALIBRATOR	FLUKE	5522A	2932901	111999	24-nov-26	MICRO PRECISION	NIST
MULTI FUNCTION PROCESS CALIBRATOR	FLUKE	725	2563122	111886	11-abr-26	DTS	NIST
MULTIMETER	KEITHLEY	2002	1335375	110770	26-mar-26	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0144

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
OHMMETER CALIBRATION						
SWITCH (S8) POSITION	102394	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
2 (J10 pin h-j)		12,0	12,0	12,0	0,0	0,6
3 (j10 pin g-h)		12,0	12,0	12,0	0,0	0,6
4 (j10 pin m-l)		1230	1200	1200	-30	60
5 (j10 pin m-k)		1230	1200	1200	-30	60
6 (j10 pin d-X)		11,7	12,0	12,0	0,3	0,6
7 (j10 pin Y-f)		11,6	12,0	12,0	0,4	0,6
8 (j10 pin d-e)		12,0	12,0	12,0	0,0	0,6
9 (j10 pin Z-d)		12,3	12,0	12,0	-0,3	0,6
10 (j10 pin a-b)		12,0	12,0	12,0	0,0	0,6
11 (j10 pin b-shell)		120000	120000	120000	0	6000
11 (j10 pin b-shell)		120000	120000	120000	0	6000
11 (j10 pin b-shell)		120000	120000	120000	0	6000
VOLTMETER CALIBRATION						
SWITCH (S9) POSITION	111999	V	V	V	V	V
3 (J10 pin N-W) 400Hz		114,1	115,0	115,0	0,9	2,3
4 (J10 pin R-S) 400Hz		26,3	26,0	26,0	-0,3	0,52
5 (J10 pin H-J) 400Hz		26,2	26,0	26,0	-0,2	0,52
6 (J10 pin D-L) 400Hz		5,0	5,0	5,0	0,0	0,1
7 (J10 pin B-D) 400Hz		5,0	5,0	5,0	0,0	0,1
8 (J10 pin A-D) 400Hz		25,6	26,0	26,0	0,4	0,52
9 (J10 pin C-D) 400Hz		26,0	26,0	26,0	0,0	0,52
10 (J10 pin E-D) 400Hz		25,6	26,0	26,0	0,4	0,52
EXHAUST GAS TEMPERATURE (EGT) INSTRUMENT CALIBRATION						
RANGE 0 a 1350°C	111886	°C	°C	°C	°C	°C
		999,1	1000,0	1000,0	0,9	5,0
		99,1	100,0	100,0	0,9	2,0
CALIBRATION OF SIMULATED T2 SENSOR (SWITCH 1)						
SWITCH S1	104639	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
NORMAL		17,341	17,34	17,34	0,00	0,04
-25°C		15,618	15,62	15,62	0,00	0,04
-55°C		13,660	13,66	13,66	0,00	0,04



JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO
Fin del certificado de calibración

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.03.17
10:27:16 -03'00'