

**DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA**

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

**N° de Certificado** : 26-FS-44-0173 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

**Descripción del Ítem**

**Cliente** : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

**Unidad Interna** : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

**Descripción del ítem** : THERMOMETER

**Fabricante** : CHAUVIN - ARNOUX

**Modelo / Número de Parte** : C.A 860 **Número de Serie** : 970512952

**Datos de la Calibración**

**Fecha de Calibración** : 19-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 19-mar-27

**Lugar de Calibración** : BANDADA DE AVIONICA

**Condiciones Ambientales** : **Temperatura** : 23,4°C **Humedad Relativa** : 39%

**Procedimiento** : ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

**Desviación a los procedimientos** : NINGUNA

**Intervalo de calibración** : 12 Meses

**Antecedentes del o los Patrones Utilizados**

| Descripción               | Fabricante          | Modelo | N° de Serie | N° DTS   | Vence     | Emisor | Trazabilidad |
|---------------------------|---------------------|--------|-------------|----------|-----------|--------|--------------|
| PORTABLE V/A/T CALIBRATOR | XITRON TECHNOLOGIES | 2000M  | 20004010003 | 105424   | 12-mar-27 | DTS    | NIST         |
| TERMOHIGROMETRO           | NO TIENE            | HTC-1  | TEMP-021    | NO TIENE | 30-ene-27 | DTS    | NIST         |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                       | ---                 | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0173

Página 2 de 2

**RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN**

| FUNCION RANGO           | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |       | ERROR | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|------------------------|
|                         |             |                | INICIAL      | FINAL |       |                        |
| TEMPERATURE CALIBRATION |             |                |              |       |       |                        |
| RESOLUCION 1            |             | °C             | °C           | °C    | °C    | °C                     |
|                         |             | -50            | -49          | -49   | 1     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 0              | 0            | 0     | 0     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 100            | 100          | 100   | 0     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 200            | 200          | 200   | 0     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 300            | 299          | 299   | -1    | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 400            | 399          | 399   | -1    | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 500            | 500          | 500   | 0     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 600            | 600          | 600   | 0     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 700            | 702          | 702   | 2     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 800            | 801          | 801   | 1     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 900            | 900          | 900   | 0     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 1000           | 999          | 999   | -1    | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 1100           | 1101         | 1101  | 1     | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 1200           | 1199         | 1199  | -1    | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 1300           | 1294         | 1294  | -6    | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
| RESOLUCION 0,1          |             | 0,0            | 0,1          | 0,1   | 0,1   | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 100,0          | 100,2        | 100,2 | 0,2   | ± 3 % READ. ± 1 °C     |
|                         |             | 200,0          | 199,0        | 199,0 | -1,0  | ± 3 % READ. ± 1 °C     |




FELIPE SALAS TOLEDO  
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración