

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0641 FECHA DE EMISION: 22-nov-24 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : BATTERY TESTER FOR BATTERY

Fabricante : KANNAD AVIATION, a Division of Orolia Ltd.

Modelo / Número de Parte : 101054 Número de Serie : ORO 0019

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-nov-24 Fecha de Vencimiento : 19-nov-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO DE MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 16,8 Humedad Relativa : 46%

Procedimiento : MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87 V	28960056	111965	05-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	13-dic-24	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0641

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA INTERNA						
		LOAD HIGH I	2,66 Ω			
		LOAD LOW I	22,69 Ω			
CALIBRACION DE MEDICION DE CORRIENTE EN INDICADOR CENTRADO						
	APLICADO	MEDIDO (ADC)		SWITCH		
	5,274 V	1,983 A	2,041 A	LOAD HIGH I		
	5,274 V	0,232 A	0,259 A	LOAD LOW I		




Andrés Jorquera H.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración