

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0204 **FECHA DE EMISIÓN:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : POWER SUPPLY

Fabricante : PHILIPS

Modelo / Número de Parte : PE 4817 **Número de Serie** : WB662

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE ARMAMENTO

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 19,8°C **Humedad Relativa** : 39%

Procedimiento : 33K1-4-1000-1, 30 DECEMBER 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	02-feb-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0204

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
3,5V		1,035	1,000	1,000	-0,035	SIN INFO
		2,070	2,000	2,000	-0,070	SIN INFO
		3,112	3,000	3,000	-0,112	SIN INFO
		V	V	V	V	V
10V		2,032	2,000	2,000	-0,032	SIN INFO
		5,195	5,000	5,000	-0,195	SIN INFO
		10,26	10,00	10,00	-0,26	SIN INFO
		V	V	V	V	V
35V		10,26	10,00	10,00	-0,26	SIN INFO
		20,65	20,00	20,00	-0,65	SIN INFO
		31,13	30,00	30,00	-1,13	SIN INFO
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		A	A	A	A	A
1A		0,199	0,200	0,200	0,001	SIN INFO
		0,623	0,600	0,600	-0,023	SIN INFO
		10,318	1,000	1,000	-9,318	SIN INFO
		A	A	A	A	A
3,5A		1,036	1,000	1,000	-0,036	SIN INFO
		2,081	2,000	2,000	-0,081	SIN INFO
		3,123	3,000	3,000	-0,123	SIN INFO
		A	A	A	A	A
10A		2,028	2,000	2,000	-0,028	SIN INFO
		5,211	5,000	5,000	-0,211	SIN INFO
		10,33	10,00	10,00	-0,33	SIN INFO
CALIBRACIÓN DE RIPPLE						
		mVrms	mVrms	mVrms	mVrms	mVrms
30V/9A		0,56	15,07	15,07	N/A	SIN INFO




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración