

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SPA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-MD-44-0001

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		30,0	29,8	29,8	0,2	29,7 a 30,3
		25,0	24,8	24,8	0,2	24,7 a 25,3
		20,0	19,9	19,9	0,1	19,8 a 20,2
		15,0	14,9	14,9	0,1	14,8 a 15,2

MARCÓ DIAZ DELGADO
TÉCNICO METROLÓGO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.01.06
17:29:32 -03'00'

Fin del certificado de calibración