

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925760145
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1742982
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 28/11/2025

OBJETO DIAL BORE GAGE
OBJECT
FABRICANTE MITUTOYO
MANUFACTURER
N° DE PARTE 526-102A
PART N°
N° DE SERIE 70435
SERIAL N°
RANGO 0 mm – 1 mm
RANGE
RESOLUCION 0,001 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0053

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	LENG MEASURING MACHINE
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC – WIN/39"
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	110825SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	11/08/2026
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO x mm	ERROR mm
0,0000	0,000	0
0,0099	0,010	0,0001
0,0200	0,020	0
0,0293	0,030	0,0007
0,0390	0,040	0,0010
0,0590	0,060	0,0010
0,0690	0,070	0,0010
0,0980	0,100	0,0020
0,1080	0,110	0,0020
0,1273	0,130	0,0027
0,1570	0,160	0,0030
0,1770	0,180	0,0030
0,1970	0,200	0,0030
0,3950	0,400	0,0050
0,6950	0,700	0,0050
0,7950	0,800	0,0050
0,9950	1,000	0,0050

U. TOTAL k=2	0,003 mm
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,005 mm
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,2°C +/- 1 °C (44,1 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 28 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 28 de noviembre de 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory