

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925755907
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1670094
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 25/06/2025

OBJETO CALIPER SLIDE (PIE DE METRO ANALOGO MANDIBULAS
OBJECT LARGAS)
FABRICANTE MITUTOYO
MANUFACTURER
N° DE PARTE 534-102
PART N°
N° DE SERIE GAM :TI-004
SERIAL N°
RANGO (0 - 500) mm
RANGE
RESOLUCION 0,05 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH -----
N° DE CONTROL ENAER FA-1807
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-552-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	GAGE BLOCK SET
Modelo / Model	RC88MLM
N° Serie / Serial number	32091.9
Certificado N° / Certificate N°	25-70092-A
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Vencimiento / Due	05/02/2027
Emisor / Origin	STARRETT
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

VALOR NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ mm	ERROR mm
0	0	0,00
20	19,95	-0,05
40	39,95	-0,05
60	59,95	-0,05
100	99,95	-0,05
200	199,95	-0,05
300	299,95	-0,05
400	399,95	-0,05
INTERIOR		
60	60,00	0
100	100,00	0


U. TOTAL k=2	0,05 mm
Exactitud entregada por el fabricante	+/-0,13 mm
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,5 °C +/- 2 °C 44,1 +/- 3 % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 25 de junio de 2025

Fecha de Vencimiento/Calibration Due: 25 de junio de 2026



Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician



Luis Ramirez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory