

**DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA****CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 21-AM-44-0207 **FECHA DE EMISIÓN:** 30-abr-21 **Página 1 de 2****Descripción del Ítem****Cliente** : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS**Unidad Interna** : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53**Descripción del ítem** : DC SYSTEMS POWER SUPPLY**Fabricante** : HORIZON ELECTRONICS**Modelo / Número de Parte** : TSPS 1603 **Número de Serie** : 627434-1**Datos de la Calibración****Fecha de Calibración** : 27-abr-21 **Fecha de Vencimiento** : 27-abr-22**Lugar de Calibración** : BANDADA DE ARMAMENTO, BASE AÉREA CHABUNCO**Condiciones Ambientales** : **Temperatura** : 22,5°C **Humedad Relativa** : 52%**Procedimiento** : MANUAL TÉCNICO**Intervalo de calibración** : 12 Meses**Antecedentes del o los Patrones Utilizados**

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87V	91920060	105950	04-feb-22	DTS	NIST
POWER RESISTOR	CLAROSTAT	240-C	9608	102118	29-mar-22	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	A6031000	20166774	N/A	18-ene-22	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 21-AM-44-0207

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
0 - 60V		9,98	10,00	10,00	0,02	SIN INFO
		19,99	20,00	20,00	0,01	
		29,99	30,00	30,00	0,01	
		40,00	40,00	40,00	0,00	
		50,01	50,00	50,00	-0,01	
		60,01	60,00	60,00	-0,01	
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		A	A	A	A	A
0 - 30A		1,05	1,00	1,00	-0,04	SIN INFO
		2,03	2,00	2,00	-0,03	
		3,02	3,00	3,00	-0,02	
		4,02	4,00	4,00	-0,02	
		5,03	5,00	5,00	-0,03	




ALEX MARTÍNEZ FIGUEROA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración