

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0196 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA, PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : MEGOHMMETER

Fabricante : GENERAL RADIO

Modelo / Número de Parte : 1863 **Número de Serie** : 0100

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 18,1°C **Humedad Relativa** : 41%

Procedimiento : 33K8-4-788-1, 30 NOVEMBER 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 **Meses**

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	12-ago-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIMETER	H.P.	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0196

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RANGE RESISTORS CALIBRATION						
Range (Ω)		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
1M-100k		2,001	2,000	2,000	-0,001	0,020
10M-1M		19,97	20,00	20,00	0,03	0,20
100M-10M		200,5	200,0	200,0	-0,5	2,0
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
1G-100M		1,984	2,000	2,000	0,016	0,020
10G-1G		19,83	20,00	20,00	0,17	0,20
VOLTAGE CALIBRATION						
TEST VOLTAGE		VDC	VDC	VDC	VDC	VDC
50		49,3	50,0	50,0	0,7	1,0
100		99,1	100,0	100,0	0,9	2,0
200		198,4	200,0	200,0	1,6	4,0
250		248,0	250,0	250,0	2,0	5,0
500		495,9	500,0	500,0	4,1	10,0
RESISTANCE MEASUREMENT CALIBRATION						
TEST VOLTAGE / MULTIPLIER		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
100 V / 1M-100k		512	500	500	-12	15
100 V / 10M-1M		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		1,00	1,00	1,00	0,00	0,04
		5,00	5,00	5,00	0,00	0,60




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración