

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV Brigada Aérea
S.S.C.C. : 1742708
Orden de Trabajo : CG6925760143
N° de Control ENAER : FE-0455
Código FACH : -----
Fecha de Calibración : 02 / 12 / 2025

Denominación : Launcher Intermediate Mechanical Tester
Fabricante : ENERPAC
N° de Parte : A08D0000A
N° de Serie : 219251-01
Rango : 0 k. – 1200 k.

TRAZABILIDAD

Patrón : Máquina de Ensayo Universal
Modelo : WDM-300E
N° Serie : 103
N° Certificado : F-1496
N° Control ENAER : DI-4238
Fabricante : TIME
Vencimiento : 03 / 12 / 2025
Emisor : IDIC
Trazabilidad : IDIC

NOTA:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

CARTA DE CALIBRACIÓN

REGISTRO DE LECTURAS

PUSH

Valor solicitado en Launcher Intermediate (kg.)	Valor obtenido en Máquina de Ensayo DI-4238 (kg.)	Error (kilogramo)	Error (%)
415	412,3	2,7	0,65
550	550,64	-0,64	-0,12
685	687,28	-2,28	-0,33
1000	1003,4	-3,4	-0,34
1200	1205,31	-5,31	-0,44

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Ambiente	21,1 +/- 0,2 °C 51,9 % H.R.

Fecha de Calibración : 02 de diciembre de 2025

Fecha de Vencimiento : 02 de diciembre de 2026

Jaime Espinoza C.
Técnico Calibrador

Luis Ramírez O.
Jefe Laboratorio de Metrología
y Calibraciones