

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0165 **FECHA DE EMISIÓN:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : DC POWER SUPPLY

Fabricante : HEWLETT PACKARD

Modelo / Número de Parte : 6291A **Número de Serie** : 3001A-11323

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 18-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 27,3°C **Humedad Relativa** : 30%

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Procedimiento : 33K1-4-25-1, 30 MAY 2013

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	02-feb-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0165

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION VOLTAJE DE SALIDA						
RANGO 0 - 5 V		V	V	V	V	%
		0,850	1,000	1,000	0,150	3 % FS
		1,705	2,000	2,000	0,295	3 % FS
		2,548	3,000	3,000	0,452	3 % FS
		3,394	4,000	4,000	0,606	3 % FS
RANGO 0 - 50 V		V	V	V	V	V
		10,48	10,00	10,00	-0,48	3 % FS
		20,64	20,00	20,00	-0,64	3 % FS
		30,84	30,00	30,00	-0,84	3 % FS
		41,09	40,00	40,00	-1,09	3 % FS
CALIBRACION DE CORRIENTE DE SALIDA						
RANGO 0 - 0,6 A		A	A	A	A	A
		0,103	0,100	0,100	-0,003	3 % FS
		0,202	0,200	0,200	-0,002	3 % FS
		0,300	0,300	0,300	0,000	3 % FS
		0,399	0,400	0,400	0,001	3 % FS
		0,499	0,500	0,500	0,001	3 % FS
RANGO 0 - 6 A		A	A	A	A	A
		1,02	1,00	1,00	-0,02	3 % FS
		2,02	2,00	2,00	-0,02	3 % FS
		2,99	3,00	3,00	0,01	3 % FS
		4,00	4,00	4,00	0,00	3 % FS
		4,97	5,00	5,00	0,03	3 % FS
RIPPLE		0,39 mVrms	40 V / 5 A	N/A	N/A	< 0,5 mVrms




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración