

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-RC-44-0226 FECHA DE EMISIÓN: 28 OCT. 25 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA - PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : EDDY CURRENT FLAW DETECTOR

Fabricante : OLYMPUS

Modelo / Número de Parte : NORTEC 2000D + Número de Serie : 0409U045529

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 28 OCT. 25 Fecha de Vencimiento : 28 OCT. 26

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACIÓN ELÉCTRICA (D.T.S. SpA.)

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : MANUAL DEL FABRICANTE, MARCH 2005, REV 6. Y NORMAS INTERNACIONALES NDI.

Desviación a los procedimientos : Ninguna

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
Universal Counter	Agilent	53131A	SG40007454	105236	16 ABR. 26	D.T.S.	NIST
Digital Phosphor Oscilloscope	Tektronix	TDS 3012B	B030407	105224	31 ENE. 26	D.T.S.	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-RC-44-0226

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN BANDA DE FRECUENCIA						
		Hz.	Hz.	Hz.	Hz.	
		49,98	50	50	0,02	
		99,96	100	100	0,04	
		199,94	200	200	0,06	
		299,81	300	300	0,19	
		399,82	400	400	0,18	
		499,84	500	500	0,16	
		599,61	600	600	0,39	
		699,63	700	700	0,37	
		799,65	800	800	0,35	
		899,66	900	900	0,34	
		kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	
		1,00	1	1	0,00	
		10,00	10	10	0,00	
		49,99	50	50	0,01	
		99,98	100	100	0,02	
		199,96	200	200	0,04	
		299,88	300	300	0,12	
		399,93	400	400	0,07	
		499,86	500	500	0,14	
		599,77	600	600	0,23	
		699,63	700	700	0,37	
		799,65	800	800	0,35	
		900,39	900	900	-0,39	
		MHz.	MHz.	MHz.	MHz.	
		1,00	1,0	1,0	0,00	
		2,00	2,0	2,0	0,00	
		3,00	3,0	3,0	0,00	
		4,00	4,0	4,0	0,00	
		5,00	5,0	5,0	0,00	
		6,00	6,0	6,0	0,00	
		7,00	7,0	7,0	0,00	
		8,00	8,0	8,0	0,00	
		9,00	9,0	9,0	0,00	
		10,00	10,0	10,0	0,00	
		11,00	11,0	11,0	0,00	
		11,99	12,0	12,0	0,01	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-RC-44-0226

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN ANCHO BANDA						
AMPLITUD (Vpp)						
	Probe Drive Low	Probe Drive Meduim	Probe Drive High		FRECUENCIA	
H-GAIN 65,0 dB	2,42	6,12	12,2		50 Hz.	
V-GAIN 75,0 dB	2,56	6,41	12,8		500 Hz.	
	2,56	6,42	12,5		1,0 kHz.	
	2,56	6,34	12,5		10 kHz.	
	2,56	6,31	12,5		50 kHz.	
	2,46	5,98	12,2		100 kHz.	
	2,25	5,86	10,8		200 kHz.	
	2,06	5,27	10,8		300 kHz.	
	2,06	5,46	9,5		400 kHz.	
	1,98	4,82	9,4		500 kHz.	
	1,89	4,77	8,6		1,0 MHz.	
	1,81	4,92	8,9		2,0 MHz.	
	1,82	4,41	8,6		3,0 MHz.	
	1,69	4,43	8,4		4,0 MHz.	
	1,63	4,16	8,3		5,0 MHz.	
	1,65	4,19	8,2		6,0 MHz.	
	1,67	5,47	9,6		7,0 MHz.	
	1,89	5,86	9,9		8,0 MHz.	
	2,12	6,04	9,2		9,0 MHz.	
	2,09	4,16	8,3		10 ,0 MHz.	
	1,49	3,88	8,8		11,0 MHz.	
	1,21	4,01	9,1		12,0MHz.	



Rafael Chamorro Arancibia

RAFAEL CHAMORRO ARANCIBIA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.10.28
16:52:14 -03'00'