

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JO-44-0515 FECHA DE EMISION: 17-sept-24 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TESTER, FUEL QUANTITY GAGE

Fabricante : GENERAL RADIO

Modelo / Número de Parte : TYPE MD-1-MODEL 0852

Número de Serie : 1213

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-sept-24

Fecha de Vencimiento : 17-sept-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23 ± 5 °C Humedad Relativa : 50 ± 30 %

Procedimiento : 33K8-4-132-1, 30 NOVIEMBRE 1999

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
RLC DIGIBRIDGE	GENERAL RADIO	1689M	8510034002	105232	03-ene-25	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JO-44-0515

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
RANGO CAPACITOR C1						
		pF	pF	pF	pF	pF
		50,33	50	50	-0,33	0,50
		100,44	100	100	-0,44	0,50
		150,24	150	150	-0,24	0,75
		200,56	200	200	-0,56	1,00
		250,32	250	250	-0,32	1,25
		300,21	300	300	-0,21	1,50
		350,34	350	350	-0,34	1,75
		400,11	400	400	-0,11	2,00
		449,96	450	450	0,04	2,25
		499,89	500	500	0,11	2,50
		549,47	550	550	0,53	2,75
		599,54	600	600	0,46	3,00
		649,38	650	650	0,62	3,25
		699,43	700	700	0,57	3,50
		749,42	750	750	0,58	3,75
		799,22	800	800	0,78	4,00
		849,54	850	850	0,46	4,25
		899,55	900	900	0,45	4,50
		949,43	950	950	0,57	4,75
		999,7	1000	1000	0,3	5,0
		1049,6	1050	1050	0,4	5,3
		1099,6	1100	1100	0,4	5,5
RANGO: CAPACITOR C2						
		pF	pF	pF	pF	pF
		1100,7	1100	1100	-0,7	5,0
		2101,7	2100	2100	-1,7	10,0
		3101,4	3100	3100	-1,4	15,0
		4102,6	4100	4100	-2,6	20,0
		5102,5	5100	5100	-2,5	25,0

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JO-44-0515

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
RANGO: CAPACITOR C3						
		pF	pF	pF	pF	pF
		10,021	10	10	-0,02	0,50
		19,759	20	20	0,24	0,50
		29,592	30	30	0,41	0,50
		39,616	40	40	0,38	0,60
		49,394	50	50	0,61	0,75
		59,343	60	60	0,66	0,90
		69,194	70	70	0,81	1,05
		79,339	80	80	0,66	1,20
		89,222	90	90	0,78	1,35
		99,291	100	100	0,71	1,50
		109,35	110	110	0,65	1,65
		119,45	120	120	0,55	1,80
		129,49	130	130	0,51	1,95
		139,65	140	140	0,35	2,10
		149,64	150	150	0,36	2,25
		159,74	160	160	0,26	2,40
		169,63	170	170	0,37	2,55
		179,64	180	180	0,36	2,70
		189,71	190	190	0,29	2,85
		199,65	200	200	0,35	3,00
		209,53	210	210	0,47	3,15



JUAN ORELLANA S.
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2024.09.17
11:52:03 -03'00'

Fin del certificado de calibración