

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.ª Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6925760137
No. de Control ENAER : FA-0377
Fecha de Emisión : 21 de noviembre de 2025
S. S. C. C. : 1742982

Denominación : Dinamómetro Análogo
Fabricante : AMETEK
ID Cliente : -----
No. de Parte : D-150-M
No. de Serie : 503
Rango : 1 lbf – 150 lbf
Resolución : 1 lbf

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Force Calibration Machine
Fabricante : Morehouse
Modelo : 633000
Serie : M-7574
No. de Certificado : Report N.º M7576D1505
Vencimiento : Initial Cal Only
Emisor del Certificado : Force Calibration Laboratory
Trazabilidad : NIST - USA

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

E041_REV.00

Página 1 de 2

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Prueba de Tracción

Lectura ($\bar{x}$) del I.B.C.	Valor Patrón	Error ($\bar{x}$) de la Indicación	Error ($\bar{x}$) Porcentual de la Lectura
lbf	lbf	lbf	%
29,91	30	-0,09	-0,30
59,73	60	-0,27	-0,45
89,45	90	-0,55	-0,61
119,17	120	-0,83	-0,69
148,82	150	-1,18	-0,79

Prueba de Compresión

Lectura ($\bar{x}$) del I.B.C.	Valor Patrón	Error ($\bar{x}$) de la Indicación	Error ($\bar{x}$) Porcentual de la Lectura
lbf	lbf	lbf	%
30,11	30	0,11	0,37
60,32	60	0,32	0,53
90,56	90	0,56	0,62
120,87	120	0,87	0,73
151,13	150	1,13	0,75

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	21,2°C $\pm$ 0,1°C 53,1% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	T.O. 33K6-4-433-1
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 2% de la Lectura
Método de Calibración	Comparación Directa

Observaciones: Los valores obtenidos en el instrumento bajo calibración (I.B.C.) son promedios de una serie de mediciones realizadas en cada punto del Dinamómetro.

Fecha de Calibración: 21 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento: 21 de noviembre de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones

E041_REV.00

Página 2 de 2