

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0176 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MICRO-OHMMETER

Fabricante : CAMBRIDGE TECHNOLOGY

Modelo / Número de Parte : 510A **Número de Serie** : 598

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 25,6°C **Humedad Relativa** : 38%

Procedimiento : 33K1-4-1053-1, 30 SEPTEMBER 2012

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
DC CURRENT SHUNT	GUILDLINE	9211A	54,365	105393	02-feb-27	DTS	NIST
RESISTANCE STANDARD	GRI	RS925D	812002	102394	12-ago-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0176

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RESISTANCE CALIBRATION						
DC MODE		mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ
20mΩ		10,000	10,000	10,000	0,000	0,006
200mΩ		100,00	100,00	100,00	0,00	0,04
DC MODE		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
2Ω		1,0000	1,0003	1,0003	0,0003	0,0004
20Ω		10,000	10,004	10,004	0,004	0,004
200Ω		100,00	100,01	100,01	0,01	0,04
		150,00	150,04	150,04	0,04	0,05
		190,00	190,04	190,04	0,04	0,06




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración