

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0184 FECHA DE EMISION: 02-mar-26 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Ciente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MEDIDOR DE AISLACIÓN

Fabricante : RICHARD PÉKLY

Modelo / Número de Parte : ISOP 401 Número de Serie : Z21184

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 Fecha de Vencimiento : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 27,8°C Humedad Relativa : 36%

Procedimiento : SIN INFORMACIÓN TÉCNICA

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
MAGOHM DECADE RESISTOR	BIDDLE	72-6348	75391	102108	18-ago-26	DTS	NIST
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	12-ago-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0184

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
0 - 10MΩ		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		100	100	100	0	SIN INFO
		200	200	200	0	SIN INFO
		300	300	300	0	SIN INFO
		400	400	400	0	SIN INFO
		500	500	500	0	SIN INFO
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		1,00	1,00	1,00	0,00	SIN INFO
		2,00	2,00	2,00	0,00	SIN INFO
VOLTAGE CALIBRATION						
0 - 50 V		V	V	V	V	V
		10,0	10,0	10,0	0,0	SIN INFO
		19,6	20,0	20,0	0,4	SIN INFO
		29,4	30,0	30,0	0,6	SIN INFO
		39,1	40,0	40,0	0,9	SIN INFO
		48,5	50,0	50,0	1,5	SIN INFO




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración