

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6925760049
No. de Control ENAER : FE-0366
Fecha de Emisión : 18 de noviembre de 2025
S. S. C. C. : 1742036

Denominación : Tensiómetro Análogo
Fabricante : Pacific Scientific Company
ID Cliente : -----
No. de Parte : T5-2004-113-00
No. de Serie : 22874
Rango : 30 lbf - 80 lbf (Riser No.1)
Resolución : 5 lbf

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set de Masas
Fabricante : Troemner
Modelo : Clase M2
Serie : SP-0071
No. de Certificado : 6121 - 6122
Vencimiento : 25 de marzo de 2026
Emisor del Certificado : CESMEC S. A.
Trazabilidad : CESMEC S. A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

E041_REV.00

Página 1 de 2

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Diámetro Cable	Tensión Cable	Valor Nominal del Patrón	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C.	Error ($\bar{x}$)	Error ($\bar{x}$)
in	lbf	Dial	Dial	Dial	%
Cable Ø 1/16 Riser No.1	30,0	8	8,13	0,13	1,63
	40,0	14	14,27	0,27	1,93
	50,0	22	22,49	0,49	2,23
	60,0	27	27,65	0,65	2,41
	70,0	30	30,88	0,88	2,93
	80,0	35	35,95	0,95	2,71
Cable Ø 3/32 Riser No.1	30,0	21	21,18	0,18	0,86
	40,0	27	27,32	0,32	1,19
	50,0	34	34,55	0,55	1,62
	60,0	39	39,77	0,77	1,97
	70,0	44	45,03	1,03	2,34
	80,0	48	49,25	1,25	2,60

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	20,9°C ± 0,1°C 50,5% H. R. ± 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	T.O. 33K6-4-2153-1
Exactitud del Instrumento en Ensayo	± 5% de la Lectura
Método de Calibración	Comparación Directa

Observaciones: El tensiómetro fue ajustado, ya que no marcaba los valores correspondientes a la carga aplicada; además, se procedió a su calibración. Debido a esta intervención, se sugiere revisar los trabajos previamente realizados con este instrumento y verificar que los resultados anteriores no hayan afectado el proceso. Por último, los valores obtenidos en el instrumento bajo calibración (I.B.C.) son promedios de una serie de mediciones realizadas en cada punto del tensiómetro.

Fecha de Calibración: 18 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento: 18 de mayo de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones

E041_REV.00

Página 2 de 2