

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.ª Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6925755962
Fecha Emisión : 05 de junio de 2025
Código FACH : -----
SSCC : 1668398

Denominación : Tensiómetro
Fabricante : WacLine, Inc
N.º de Parte : 19738
N.º de Serie : 7637
N.º de Control : FE-0367
Rango : 10 lbf – 200 lbf
Resolución : 2,5 lbf

TRAZABILIDAD

Patrón : Set de Masas
Fabricante : Troemner
N.º de Control Interno : SP-0071
Modelo : Clase M2
N.º Serie : S/Serie
N.º Certificado : 6121-6122
Vencimiento : 25-03-2026
Emisor : CESMEC S. A.
Trazabilidad : CESMEC S. A.

NOTA:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

CARTA DE CALIBRACIÓN

REGISTRO DE LECTURAS

Diámetro Cable	Valor Patrón	Instrumento Bajo Ensayo Lectura ($\bar{x}$)	Error de Indicación	Error de Indicación
in	lb	lb	lb	%
Cable Ø 1/16	50,0	50,0	0,0	0,00
	100,0	100,0	0,0	0,00
	150,0	155,0	5,0	3,33
	200,0	205,0	5,0	2,50
Cable Ø 1/8	50,0	51,6	1,6	3,20
	100,0	100,0	0,0	0,00
	150,0	152,5	2,5	1,67
	200,0	200,8	0,8	0,40
Cable Ø 3/16	50,0	50,0	0,0	0,00
	100,0	100,0	0,0	0,00
	150,0	150,0	0,0	0,00
	200,0	202,5	2,5	1,25
Cable Ø 3/32	50,0	52,5	2,5	5,00
	100,0	102,5	2,5	2,50
	150,0	155,0	5,0	3,33
	200,0	200,0	0,0	0,00

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Ambiente	19,2°C. $\pm$ 0,1°C. 48 H. R.
Procedimiento Utilizado	T.O. 33K6-4-2153-1
Tolerancia Instrumento en Ensayo	$\pm$ 5% de la Lectura Según Norma.

Observación: Sin Observaciones

Fecha de Calibración: 04 de junio de 2025
 Fecha de Vencimiento: 04 de diciembre de 2025

Jaime Espinoza C.
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez O.
 Jefe Laboratorio de Metrología
 y Calibraciones