

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-NM-44-0195 **FECHA DE EMISION:** 23-mar-26 **Página 1 de 2**

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MANÓMETRO ANÁLOGO

Fabricante : TEMPRES

Modelo / Número de Parte : 1-615 **Número de Serie** : MBP02

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE PRESIÓN, DTS SpA.

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : (23 ± 5) °C **Humedad Relativa** : ≤ 65%

Procedimiento : T.O 33K6-4-427-1, 28 FEBRUARY 2014

Desviación a los procedimientos : SE ADOPTA COMO TOLERANCIA LA RESOLUCIÓN DEL EQUIPO, CORRESPONDIENTE AL 3% FS

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
PRESSURE CALIBRATOR	FLUKE	718-1G	3360023	112508	21-jun-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-NM-44-0195

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE PRESIÓN						
(0 a 16) inH2O	112508	psi	psi	psi	psi	psi
		3,0	3,4	3,4	0,4	0,5
		6,0	6,1	6,1	0,1	0,5
		10,0	9,9	9,9	-0,1	0,5
		13,0	12,5	12,5	-0,5	0,5
		15,0	14,4	14,4	-0,6	0,5 ***

*** Punto de calibración fuera de tolerancia.



NICOLÁS MÁRQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración

